шт стр.

BAUSCH+LOMB

INSTRUCTIONS FOR USE

This leaflet is intended to inform users of Bausch + Lomb daily disposable hydrophilic soft contact lenses for vision correction

Bausch+Lomb Biotrue® ONEday (nesofilcon A)

Legal Manufacturer:	Bausch+Lomb Incorporated 1400 North Goodman Street Rochester, New York 14609 Tel (585) 338-6000 www.bausch.com
Authorized Representative in Russian Federation	VALEANT LLC, Shabolovka St. 31, Bld. 5, Moscow, 115162, Russia Tel/fax +7 495 510 2879 Email: Office.ru@bauschhealth.com

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

It applies to:

PRODUCT NAME	MATERIAL	WATER CONTENT	PACKAGING SOLUTION
SofLens® daily disposable (hilafilcon B) Visibility Tinted Contact Lenses	Hilafilcon B	59% by weight	Borate buffered saline with Poloxamine
SofLens® daily disposable Toric (hilafilcon B) Visibility Tinted Contact Lenses			
Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) Cosmetically Tinted Contact Lenses			
Biotrue® ONEday (nesofilcon A) Visibility Tinted Contact Lenses	Nesofilcon A	78% by weight	
Biotrue® ONEday For Presbyopia (nesofilcon A) Visibility Tinted Contact Lenses			
Biotrue® ONEday For Astigmatism (nesofilcon A) Visibility Tinted Contact Lenses			

Device Description:

The contact lens is made from nesofilcon A material, a hydrophilic copolymer of 2-hydroxyethyl methacrylate and N-vinyl pyrrolidone, and is 78% water by weight when immersed in a sterile borate buffered saline with 0.5% poloxamine solution. This packaging solution is currently used with other Bausch + Lomb contact lenses. A UV- absorbing monomer is used to block UV radiation. The transmittance characteristics are less than 5% in the UVB range of 280nm to 315nm and less than 50% in the UVA range of 316nm to 380nm. This lens is tinted blue with Reactive Blue Dye 246. The color additive conforms to 21 CFR Part 73.3106.

The nesofilcon A contact lens is to be prescribed for single-use disposable wear.
The physical properties of the lens are:

Refractive index	1.3737
Light transmission	99%
Water Content	78%
Specific Gravity	1.039
Oxygen Permeability	42 x 10^{-11}[cm^3O_2(STP) x cm]/(sec x cm^2 x mmHg)@35°C (polarographic method)

The lenses will be manufactured in spherical, toric and multifocal designs with the following properties:

Diameter	13.5mm to 15.0mm
Center Thickness	0.05mm to 0.75mm
Base Curve	7.8mm to 9.5mm
Power Range	+20.00D to -20.00D

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Indication

The Bausch + Lomb (hilafilcon B and nesofilcon A) Contact Lens is indicated for the daily wear correction of refractive ametropia (myopia, hyperopia, astigmatism), presbyopia and reduction of spherical aberration in aphakic and/or non-aphakic persons with non-diseased eyes that exhibit refractive astigmatism up to 2.00 diopters or less (SofLens® daily disposable Toric and Biotrue® ONEday For Astigmatism are 5.00 Diopters or less), that does not interfere with visual acuity. The lens is to be prescribed for single-use disposable wear in spherical powers ranging from +20.00D to -20.00D and is to be discarded after each removal.

Description and wear application

These lenses are intended for daily disposal wear and should be discarded after each wearing period. Reuse without cleaning and disinfecting the lenses could lead to infection and/or serious eye injury. Always follow your eye care practitioner's recommended wearing schedule.

STERILE These lenses are supplied sterile and are intended by the manufacturer for a maximum wear period of up to one day. They have been sterilized by steam.
If the packaging is damaged or opened DO NOT USE.

Insertion and removal instructions

Before handling lenses, always wash and dry hands thoroughly avoiding perfumed or medicated soaps. Pour the lens into the palm of your hand. Make sure the lens is the right way out.



Inspect your lens before inserting and do not insert if scratched or damaged.
To remove your lens, make sure your hands are clean and dry, use your finger to slide the lens down to the white part of the eye and remove it. Use a rewetting drop if the lens is difficult to remove.
Always discard lens following removal from the eye.

Caring for your lenses

- Always wash and rinse hands before handling lenses
- Do not allow cosmetics, lotions, soaps, creams or perfumed substances to get in the eyes or on lenses
- Never use sharp objects or finger nails to remove lenses from their containers or your eyes
- Always discard lenses after removal

Contraindications (reasons not to use)

DO NOT USE the nesofilcon A daily disposable Contact Lens when any of the following conditions exist:

- Acute and subacute inflammation or infection of the anterior chamber of the eye
- Any eye disease, injury, or abnormality that affects the cornea, conjunctiva, or eyelids
- Severe insufficiency of lacrimal secretion (dry eyes)
- Corneal hypoesthesia (reduced corneal sensitivity)

- Any systemic disease that may affect the eye or be exaggerated by wearing contact lenses

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Allergic reactions of ocular surfaces or adnexa (surrounding tissue) that may be induced or exaggerated by wearing contact lenses or use of contact lens solutions
- Any active corneal infection (bacterial, fungal, or viral)
- If eyes become red or irritated

Warnings and precautions

Failure to follow your eye care practitioner's recommended wear schedule and cleaning regime can give rise to greater risk of serious eye infections.

Do not wear daily disposable lenses for longer than a day or while sleeping.

Do not wear contact lenses if you are suffering from:

• Allergy, inflammation, infection or redness in or around the eye
• Dry eyes (inadequate tear fluid)
• Poor health affecting the eyes, e.g. colds and flu
• Any systemic illness affecting the eyes

Contact your eye care practitioner before wearing contact lenses when:

• Practicing water sports
• In excessively dry or dusty environments
• Using eye medication

If you experience any of the following problems, remove your lenses immediately:

• Eyes stinging, burning, itching, irritation or another eye pain
• Reduced comfort compared with previous wearing
• Unusual secretions or excessive watering from the eye
• Redness of eyes
• Severe or persistent dry eyes
• Reduced or blurred vision
• Rainbows or halos around lights
• Sensitivity to light

If any of these symptoms continue after removal and insertion of a new lens, then remove the lens and contact your eye care practitioner. These symptoms can lead to more serious conditions if ignored.

Information about potential consumers:

Persons without aphakia, not suffering from eye diseases; with refractive astigmatism up to 2.00 diopters or lower, not affecting visual acuity

Information about medicines contained in a medical device.

Not applicable.

Sterilization Method Description

Nesofilcon A contact lens is manufactured as a sterile device.

The nesofilcon A contact lens are terminally sterilized in an air-over-steam (pressurized) autoclave.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Additional warnings and precautions for Biotrue ONEday (nesofilcon A) Contact Lens
Warning: UV absorbing contact lenses are NOT substitutes for protective UV absorbing eyewear such as UV absorbing goggles or sunglasses because they do not completely cover the eye and surrounding area. You should continue to use UV absorbing eyewear as directed.

Note: Long term exposure to UV radiation is one of the risk factors associated with cataracts. Exposure is based on a number of factors such as environmental conditions (altitude, geography, cloud cover) and personal factors (extent and nature of outdoor activities). UV blocking contact lenses help provide protection against harmful UV radiation.

Note: The effectiveness of wearing UV-absorbing contact lenses in preventing or reducing the incidence of ocular disorders associated with exposure to UV-light has not been established at this time. However, clinical studies have not been done to demonstrate that wearing UV blocking contact lenses reduce the risk of developing cataracts or other eye disorders. Consult your Eye Care Professional for more information.

Shelf life
In unopened original package – 5 years.

Reference guide for symbols, labels and cartons

	Fee paid for waste management per 94/62/EC
	Bausch & Lomb Incorporated 1400 North Goodman Street Rochester NY, 14609, USA
EC REP	Bausch & Lomb Incorporated Corc Road Industrial Estate Waterford, X91 V383, Ireland
CE XXXX	Indicates the CE conformity marking and notified body number
	Do Not Reuse
1°C 34°F	Lower limit of temperature
	See Instruction for Use
STERILE	Sterile using steam or dry heat

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Rx ONLY	For US only: Caution Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner

® / ™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
© Bausch & Lomb Incorporated

The procedure and conditions for disposal or destruction of a medical product.
Soft nesophilcon A contact lenses are non-toxic and do not put an excessive load on a person or the environment during operation, storage or transportation. To prevent damage to the environment, it is necessary to comply with safety requirements, storage conditions, transportation and operation.
Soft contact lenses are sent for disposal in accordance with the hygienic requirements of SanPin 2.1.7.2790-10 "Sanitary and epidemiological requirements for the management of medical waste" adopted in the Russian Federation.
Soft contact lenses to be disposed of after use, as well as in connection with the expiration of the shelf life or in case of violation of the integrity of the package, belong to the hazard class A. Disposal into containers with household garbage is allowed.

Requirements for the maintenance and repair of medical devices.
Soft contact lenses are not subject to maintenance and repair.

Storage and transportation conditions
Storage: at a temperature of 1 ° C to 30 ° C. Do not freeze.

nesofilcon A (78% water content) Contact Lens	
< 1ºC	Avoid
1ºC to 30ºC	Until Expiry
30ºC to 60ºC	4 Months @ 60ºC
> 60ºC	Avoid

Guarantee
Soft contact lenses are not warranted.

Authorized representative of the manufacturer in the Russian Federation:

«VALEANT» LLC
Quality claims in the Russian Federation should be sent to
Shabolovka St. 31, Bld. 5, Moscow, 115162, Russia
Tel/fax+7-495-510-28-79

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Lee W Evans, Ph.D.
Vice President, Global Regulatory Affairs

08.30.2019
Date

State of New Jersey
County of Union
Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 30th *day of* August, *2019, by* Lee W. Evans, Ph.D., *proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.*

Signature of Notary Public

STATE OF NOTARY PUBLIC NEW JERSEY
RITA E MOORE
My Commission Expires
September 19, 2019

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

BAUSCH + LOMB

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Линзы контактные мягкие однодневные для коррекции зрения

Bausch + Lomb Biotrue® ONEday (nesofilcon A)

Производитель:

Bausch + Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester, New York 14609
(585) 338-6000
Регистрация предприятия #: 1313525
www.bausch.com
место производства: Bausch & Lomb Ireland Unit 424/425 Contact Lens Division Industrial Estate, Cork Road Waterford, Ireland.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЕАНТ»
Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5
Тел.: +7 495 510 2879, факс: +7 495 510 2879
E-mail: tatiana.kozlova@valeant.com

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция относится к:

Наименование изделия	Материал	Содержание воды	Упаковочный раствор
SofLens® daily disposable (hilafilcon B) Линзы контактные мягкие	Хилафилкон B	59% от веса	Боратный буферный солевой раствор с полоксамином
SofLens® daily disposable Toric (hilafilcon B) Линзы контактные мягкие			
Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) Линзы контактные мягкие			
Biotrue® ONEday (nesofilcon A) Линзы контактные мягкие	Несофилкон A	78% от веса	
Biotrue® ONEday For Presbyopia (nesofilcon A) Линзы контактные мягкие			
Biotrue® ONEday For Astigmatism (nesofilcon A) Линзы контактные мягкие			

Описание функциональных элементов изделия

Линзы контактные мягкие изготовлены из материала несофилкон А, гидрофильного сополимера 2-гидроксиэтилметакрилата и N-винилпирролидинона, и при погружении в стерильный буферный раствор эфира борной кислоты с 0.5% полоксамином на 78% в весовом отношении состоит из воды. В настоящее время такой вариант упаковки используется и для других контактных мягких линз производства Bausch + Lomb. Для блокирования УФ-излучения используется мономер, поглощающий ультрафиолет. Светопропускающая способность менее 5% в УФВ диапазоне от 280 нм до 315 нм и менее 50% в УФА диапазоне от 316 нм до 380 нм. Линза подкрашена в голубой цвет красителем Reactive Blue Dye 246. Красящая добавка соответствует 21 CFR Part 73.3106.
Линзы контактные мягкие из несофилкона А следует назначать как однодневные.

Физические свойства линзы:

Индекс рефракции	1.3737
Светопроницаемость	99%
Содержание воды	78%
Удельная плотность	1.039
Проницаемость для кислорода	42 x 10^{-11}[см^3 O_2(STP) x см]/(с x см^2 x мм рт.ст.)@35°C (полярографический метод)

Линзы выпускаются в сферическом дизайне и обладает следующими характеристиками:

Диаметр	От 13.5 мм до 15.0 мм
Центральная толщина	От 0.05 мм до 0.75 мм
Базовая кривизна	От 7.8 мм до 9.5 мм
Оптическая сила	От +20.00 Д до -20.00 Д

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Показание

Контактные линзы Бауш + Ломб (Bausch + Lomb) (хилафилкон Б и несофилкон А) показаны для однодневного использования, с целью коррекции рефракционной аметропии (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), пресбиопии и снижения сферической аберрации у пациентов с афакией глаз и/или лиц без хронических заболеваний глаз с рефракционным астигматизмом до 2,00 диоптрий или менее (SofLens® daily disposable Toric и линзы Biotrue® ONEday For Astigmatism, 5,00 диоптрий или менее), без влияния на остроту зрения. Линзу назначают для однодневного использования с оптической силой от + 20,00 до -20,00 диоптрий и ее необходимо утилизировать после каждого снятия.

Описание и ношение

Эти линзы предназначены для однократного ношения днем и должны утилизироваться после каждого периода ношения. Повторное использование без очистки и дезинфекции линз может привести к инфекции и/или серьезным травмам глаз. Всегда соблюдайте рекомендованный вашим офтальмологом график ношения.

STERILE Эти линзы поставляются стерильными и предназначены производителем для максимального срока ношения до одного дня. Они стерилизованы паром.
Если упаковка повреждена или открыта, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ линзы.

Инструкции по установке и снятию

Перед работой с линзами всегда тщательно мойте и сушите руки, не используя ароматизированное или лекарственное мыло. Поместите линзу на ладонь. Убедитесь, что линза правильно сориентирована.

Осмотрите линзу перед установкой и не надевайте ее, если линза поцарапана или повреждена. Перед снятием линзы убедитесь, что ваши руки чистые и сухие, пальцем сдвиньте линзу к склере глаза и снимите ее. Если линзу трудно снять, воспользуйтесь увлажняющими каплями. Всегда утилизируйте линзу после ее удаления из глаза.

Уход за линзами

• Всегда перед использованием линз мойте и ополаскивайте руки
• Не допускайте попадания в глаза или на линзы косметики, лосьонов, мыла, кремов или ароматизированных веществ
• Никогда не используйте острые предметы или ногти, чтобы вынуть линзу из контейнера или из глаза
• После снятия линз всегда утилизируйте их

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Противопоказания

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ однодневные Линзы контактные мягкие из несофилкона А в любом из приведённых ниже случаев:

• Острое и подострое воспаление или инфекция передней камеры глаза.
• Любые заболевания глаз, травмы или нарушения, которые затрагивают роговицу глаза, конъюнктиву или веки.
• Выраженная недостаточность секреции слезной железы (синдром сухого глаза).
• Гипестезия роговицы (снижение чувствительности роговицы).
• Любые системные заболевания, которые могут влиять на глаза или могут обостриться при ношении контактных линз.
• Аллергические реакции поверхности глаза или прилегающих тканей, которые могут быть вызваны или обостриться при ношении контактных линз или использовании растворов для контактных линз.
• Любые инфекции в активной форме (бактериальные, грибковые, вирусные).
• Покраснение или раздражение глаз.

Предупреждения и меры предосторожности

Несоблюдение рекомендованного офтальмологом графика ношения и режима очистки может привести к повышению риска серьезных глазных инфекций.

Не носите однодневные линзы более одного дня и во время сна.
Не используйте контактные линзы, если у вас:
• Аллергия, воспаление, инфекция или покраснение глаза, или вокруг глаза
• Синдром сухого глаза (недостаточность слёзной жидкости)
• Болезнь, влияющая на глаза, например, простуда или грипп
• Любое системное заболевание, влияющее на глаза

Перед тем, как носить контактные линзы посоветуйтесь с офтальмологом, если вы:
• Занимаетесь водными видами спорта
• Находитесь в чрезмерно сухой или пыльной среде
• Пользуетесь глазными лекарственными средствами

Немедленно снимите линзы, если у вас возникла какая-либо из следующих проблем:
• Острая боль, жжение, зуд, раздражение или другая боль в глазах
• Снижение уровня комфорта по сравнению с предыдущим ношением
• Необычные выделения или чрезмерное слезотечение из глаз
• Покраснение глаз
• Тяжелый или стойкий синдром сухого глаза
• Снижение или нечёткость зрения
• Радуга или ореол вокруг источников света
• Чувствительность к свету

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Если после снятия линзы и установки новой какие-либо из этих симптомов не устраняются, снимите эту линзу и обратитесь к офтальмологу. Эти симптомы, если их игнорировать, могут привести к более серьезным состояниям.

Информация о потенциальных потребителях:

Лица без афакии, не страдающие глазными болезнями; с рефракционным астигматизмом до 2.00 диоптрий или ниже, не влияющим на остроту зрения.

Информация о лекарственных средствах, содержащихся в медицинском изделии.

Не применимо.

Описание метода стерилизации

Линзы контактные мягкие несофилкона А выпускаются как стерильное изделие.

Линзы контактные мягкие из несофилкона А подвергаются термической стерилизации методом воздушно-парового автоклавирования (под давлением).

Дополнительные предупреждения и меры предосторожности в отношении контактных линз Biotrue ONEday (несофилкон А)

Предупреждение! УФ-поглощающие контактные линзы НЕ заменяют УФ-поглощающие защитные очки, такие как УФ-поглощающие очки закрытого типа или солнцезащитные очки, поглощающие ультрафиолетовое излучение, поскольку они не полностью закрывают глаза и окружающие зоны. Вы должны продолжать использовать УФ-поглощающие очки в соответствии с предписанием.

Примечание: Длительное воздействие УФ-излучения является одним из факторов риска, связанных с катарактой. Такое воздействие зависит от ряда факторов, таких как условия окружающей среды (высота над уровнем моря, географическое местоположение, наличие облачного покрова) и индивидуальные факторы (длительность и характер мероприятий на свежем воздухе). Контактные линзы, блокирующие ультрафиолетовое излучение, помогают обеспечить защиту от вредного ультрафиолетового излучения.

Примечание: Эффективность ношения контактных линз, поглощающих УФ-излучение, с целью предотвращения или снижения частоты заболеваний глаз, связанных с воздействием УФ-света, в настоящее время не установлена. Однако клинические исследования для демонстрации того, что ношение контактных линз, блокирующих ультрафиолетовое излучение, снижает риск развития катаракты или других нарушений зрения, не проводились. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь со своим офтальмологом.

Срок годности

В ненарушенной оригинальной упаковке - 5 лет.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Справочное руководство по символам, этикеткам и коробкам

	Внесена плата за утилизацию отходов согласно 94/62/EC
	Бауш энд Ломб Инкорпорейтед 1400 Норс Гудман Стрит Рочестер, штат Нью-Йорк 14609, США
EC REP	Бауш энд Ломб Инкорпорейтед Корк Роуд Индастриэл Истейт Уотерфорд, X91 V383, Ирландия
CE xxxx	Обозначает маркировку соответствия CE и номер уполномоченного органа.
	Не использовать повторно
1°C 34°F	Нижний предел температуры
	См. инструкцию по применению
STERILE	Стерильные, стерилизация с использованием пара или сухого жара
Rx ONLY	Только для США: Внимание, федеральный (США) закон ограничивает продажу данного изделия лицензированным практикующим врачом или по его заказу.

® / ™ являются торговыми марками Бауш энд Ломб Инкорпорейтед или ее филиалов.

© Бауш энд Ломб Инкорпорейтед

Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия.

Линзы контактные мягкие несофилкон А не токсичны, не создают чрезмерную нагрузку на человека или окружающую среду в процессе эксплуатации, хранения или транспортировки. Для предупреждения нанесения вреда окружающей природной среде необходимо соблюдать требования безопасности, условия хранения, транспортирования и эксплуатации.

Линзы контактные мягкие направляются на утилизацию в соответствии с гигиеническими требованиями СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», принятыми в Российской Федерации.

информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Линзы контактные мягкие, подлежащие утилизации после использования, а также в связи с истечением срока годности или в случае нарушения целостности упаковки, относятся к классу опасности А. Допускается утилизация в контейнеры с бытовым мусором.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия.

Линзы контактные мягкие не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Условия хранения и транспортировки

Хранение: при температуре от 1 °С до 30 °С. Не замораживать.

Линзы контактные из несофилкона А (78% содержание воды)	
< 1°С	Не допускать
От 1°С до 30°С	До истечения срока годности
От 30°С до 60°С	4 месяца до 60°С
> 60°С	Не допускать

Гарантия

Гарантия на мягкие контактные линзы не предоставляется.

Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации:

ООО «ВАЛЕАНТ»
Претензии по качеству в Российской Федерации следует направлять по адресу:
115162 Россия, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5,
Тел./Факс +7-495-510-28-79

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Перевод с английского языка на русский язык

_____/Подпись/_____ _____30 августа 2019 г.____

Ли У. Эванс, Др. Дата

Вице-президент глобального отдела нормативно-правового обеспечения

Бауш энд Ломб Инкорпоратед

Штат Нью-Джерси

Округ Юнион

Подписано и удостоверено (или подтверждено) в моем присутствии сегодня 30 августа 2019 г. Ли У. Эвансом, личность которого мною установлена.

____/Подпись/____

Подпись нотариуса

/Штамп/: РИТА Е. МУР *Нотариус* Штат Нью-Джерси

Срок действия лицензии: до 19 сентября 2019г.

Тисненая печать нотариуса

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Мохаммад Нилофар Аюбовной

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать шестого сентября две тысячи девятнадцатого года

Я, Мыгыш Ольга Николаевна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Алехина Евгения Владимировича , свидетельствую подлинность подписи переводчика Мохаммад Нилофар Аюбовны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № **57/171-н/77-2019-14-3258**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.

О.Н.Мыгыш

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 15 лист(-а,-ов)

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Компьютерная система "Экспресс"

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru