



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)



2137011

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

23.01.2014 № 014-152/14
На № _____ от _____

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

О новых данных по безопасности
медицинских изделий, регистрационные
удостоверения

№ ФСЗ 2012/13421, МЗ РФ № 2003/384,
МЗ РФ № 96/375, МЗ РФ № 98/512,
МЗ РФ № 2004/61, МЗ РФ 2003/1331,
МЗ РФ № 2002/816, МЗ РФ № 2002/817,
МЗ РФ № 2002/819,
МЗ РФ № 2002/818, МЗ РФ № 2002/727,
МЗ РФ № 2003/751

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения медицинских изделий письмо ООО «ДжиИ Хэлскеа», уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации, о новых данных по безопасности при использовании медицинских изделий:

– «Дистанционно-управляемая рентгенодиагностическая система Prestige-ll», General Electric Medical Systems, США, регистрационное удостоверение от 20.03.2003 МЗ РФ № 2003/384, срок действия до 20.03.2013;

– «Рентгеновские системы PRESTILiX/TFX», производства General Electric Medical Systems, США, регистрационное удостоверение от 18.06.1996 МЗ РФ № 96/375, срок действия до 18.06.2006;

– «Рентгенодиагностическая система Prestige SiVH», производства General Electric Medical Systems, США, регистрационное удостоверение от 09.04.1998 МЗ РФ № 98/512, срок действия до 09.04.2008;

– «Система рентгенодиагностическая с дистанционным управлением Prestige Si с принадлежностями», производства General Electric Medical Systems, США, регистрационное удостоверение от 11.02.2004 МЗ РФ № 2004/61, срок действия до 11.02.2014;

– «Установка рентгеновская Prestige F1 дистанционно-управляемая с принадлежностями», производства General Electric Medical Systems, США, регистрационное удостоверение от 23.09.2003 МЗ РФ № 2003/1331, срок действия до 23.09.2013;

– «Система рентгенодиагностическая универсальная ADVANTX Legacy в составе», производства General Electric Medical Systems, США, регистрационное

удостоверение от 21.10.2002 МЗ РФ № 2002/816, срок действия до 21.10.2012;

– «Аппарат рентгеновский Precision 500D с принадлежностями», производства General Electric Medical Systems, США, регистрационное удостоверение от 21.12.2012 № ФСЗ 2012/13421, срок действия не ограничен;

– «Система рентгено-ангиографическая ADVANTX TC Plus в составе», производства General Electric Medical Systems, США, регистрационное удостоверение от 21.10.2002 МЗ РФ № 2002/817, срок действия до 21.10.2012;

– «Система ангиографическая ADVANTX LC Plus в составе», производства General Electric Medical Systems, США, регистрационное удостоверение от 21.10.2002 МЗ РФ № 2002/819, срок действия до 21.10.2012;

– «Система ангиографическая ADVANTX LCA Plus в составе», производства General Electric Medical Systems, США, регистрационное удостоверение от 21.10.2002 МЗ РФ № 2002/818, срок действия до 21.10.2012;

– «Система ангиографическая ADVANTX LCV Plus в составе», производства General Electric Medical Systems, США, регистрационное удостоверение от 18.09.2002 МЗ РФ № 2002/727, срок действия до 18.09.2012;

– «Установка ангиографическая Innava 2000» , производства General Electric Medical Systems, США, регистрационное удостоверение от 16.05.2003 МЗ РФ № 2003/751, срок действия до 16.05.2013.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «ДжиИ Хэлскеа» (123112, Москва, Пресненская набережная, 10С, 12 этаж, тел: +7 495 739 6931, факс: +7 495 739 6932).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести мероприятия по проверке наличия указанного медицинского изделия и принятию мер, указанных в письме ООО «ДжиИ Хэлскеа», о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Руководитель



М.А. Мурашко



СРОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

GE Healthcare

3000 N. Grandview Blvd. - W440
Waukesha, WI 53188
США

GE Healthcare ссылка: FMI 10913

24 ноября 2016 г.

Кому: Заведующим отделениями рентгенологии
Специалистам по управлению рисками/администраторам больниц
Руководителям отделов биомедицинской техники

Тема: Потенциальное падение старых ЭЛТ-мониторов - системы Prestige 2, Prestilix, Prestige VH, Prestige SI, RFX/SFX, Legacy, Precision 500D, ADVANTX и Innova 2000

Позаботьтесь о том, чтобы все потенциальные пользователи в вашем учреждении были ознакомлены с этим предупреждением и рекомендуемыми действиями.

Проблема безопасности Сообщалось о случаях выпадения ЭЛТ-монитора Distar из своего подвесного крепления, что было связано со старением изделия. Падение ЭЛТ-монитора может привести к травмированию пациента или оператора.

Инструкции по безопасности ЭЛТ-мониторы, опоры ЭЛТ-мониторов и подвесные ЭЛТ-системы выработали свой номинальный ресурс и являются устаревшими. Соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности, пока опоры монитора на вашем блоке не будут заменены.

- ЭЛТ-монитор и подвесное крепление следует проверить и использовать с осторожностью. Перед каждым использованием следует убедиться, что мониторы хорошо прикреплены к шасси. В случае обнаружения любой непрочности крепления монитора немедленно прекратите использование системы и обратитесь к своему представителю службы сервиса компании GE.
- Монитор не следует располагать непосредственно над пациентом.
- Размещайте монитор, взявшись за ручку сбоку или спереди шасси и осторожно перемещая его в положение, рекомендуемое в Руководстве пользователя 45-296411.
- Прежде чем будет предпринята попытка выполнить обслуживание или профилактику монитора в системе компании GE обслуживающим персоналом не из штата компании GE, GE настоятельно рекомендует получить обновленный экземпляр процедур обслуживания и профилактики у представителя GE Healthcare или загрузить его с веб-сайта интерактивной документации GE. Это можно найти под названием изделия. См. текущие руководства, которые будут доступны по ссылке. Этот веб-сайт располагается по адресу http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library.

Информация о неисправной продукции Системы Prestige 2, Prestilix, Prestige VH, Prestige SI, RFX/SFX, Legacy и Precision 500D, ADVANTX и Innova 2000. Список идентификационных номеров систем приведен в Приложении ниже.

Исправление продукта GE Healthcare бесплатно исправит все дефектные изделия. Представитель GE Healthcare свяжется с Вами, чтобы организовать исправление.

Контактная информация Если у Вас возникли вопросы по данному Сообщению о безопасности или относительно неисправностей, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю GE Healthcare по сервису/продажам.

Заверяем Вас, что поддержание высокого уровня безопасности и качества является нашей первоочередной задачей. Если у Вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь к нам незамедлительно.


Тел.+7 (495) 739 69 37 или 8 (800) 333 69 67 (бесплатно по России);

E-mail: CISServiceCenter@ge.com

С уважением,



James W. Dennison
Vice President - Quality & Regulatory
GE Healthcare



Jeff Hersh, M.D.
Chief Medical Officer
GE Healthcare

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.ru

Приложение: Идентификационные номера систем:

1025	206244RM2	225635RF1	304348MX8	318329GRM6	404851LEG1	415540ADVLCPL
1301	206385RM1	225769RF1	304348SX2	318335RF2	404851LEG3	415565DFL2
1443	207255RF2	228314RF	304424RF1	318336LEG	404851LEG5	415750S9
1711	207262SRF3	228575XR1	304462LEG	318377MR3	404851STJOEL1	415821SF1X28
93162	207262SRF3	228575XR2	304647GX1	318388RF3	404867BRF1	415923LEGACYGI
401353	207373RF1	228575XR3	305227PRESTIGE1	318435RF1	405271PRF4	415923PR5
401354	209221TCX	228809SR2	305227PRESTIGE2	318448COP1	405271URF2	417235CMRF
4194475	209225LEG3	229312DR5	305668RF3	318473RD2	405307NRF2	417269NX4
73222215	209384MMRF	229353TR2	306778RF1	318531FRM4	405323CRF	417623FEL
00658FLU01	209386ATWRF	231547ADV	307332RF	318539LEG	405359ER3	417885SXL1
05074FLU02	209577LEG	231845RMB	307332RF	318675LR8	405636SRF6	419227RM2
0530867LEG	209578AVTX	239369RM3	309343CRF4	318728RF1	405717CVRF1	419354LEGACY
082408040013	209992CP1	239931RM2	309347PRF1	318783ARF	406543SX2	419698RF1
082408040013	210428VCATH2	248551RM12	309655FNCRF1	318798HR3	406563A03	419698RF2
082408100085	210575CRF1	248937LEG	309655FXF11	318798HRM4	406782SX3	419734LEGACY
0850080428	210575CRF2	252641HRLG	310289LEGACYD	318948DRS	407434RF1	423493PRF3
0850080430	210614NRF1	256235ORF1	310665PREST	319352WR2	407434RF2	423493PRF4
0850080467	210614NW1	256235ORF2	312567PR6	319652ADVRF	407566CH2	423495MX10
0853080151	210614RF1	256386LD1	312792GEMNET	321752WLG1	407646RF6	423495MX15
0853080151	210614SRF1	256386LD2	312792RINOV2	323669ADV	407830RF4	423636RF
0853080154	210704SRP1	256517EF2	312CCHGECATH	326582XF1	407896RF5	423778ERM4
0853080154	210705SRMC4	256534RM1	312CCHGECATH	330332R18	408947LEGACY	423837GRF1
0859080008	212463LEGACY	2604255JRF6	313295LEG	330385FL6	408977RF5	423857RF5
0910062022	212844RM3	2604255JRF6	313493ADV	330665R1	409539LEG2	423926RF
0910062022	213266SFX	262321RF1	313576RM1663	330837R4	409680BVPRF1	425883FLUORO1
0910796005	214320RF1	262687RF112	313576RM3611	330837R4	409764BE6	434447CMRF1
201754LEG	214345PRF	281218HSLXXX	313576RM3622	330841R5	409772TDC1	435587RM1
201754PRES	214376VARF2	281338CL5	313576RM3645	334293JLD3	409822TRF	443849RF1
201754RF6	214820RF1	281599LEG	313593LEG1	336719NR151	409838ORF	478277VAR2
201754RF8	214827RF	281618LEG	313593LEG2	336835HCR1	409838ORF2	478633R3
201858RM3	214947RF4	301279RF2	313745RF4	352344RFLEG	409842BRF	478633R4
2025761X40	215221CL1	301681RF	314525APR	352351RM2	409883BRF	479553AMX4
2025761X46	215576LC2	301762RF1	314577USHRF1	352394LG1	409938ADTX2	479553RF2
203246RF3	215576RF18	301891RM1	314625SIW2	352689RF	410337RF	480264RF1
203797LEG1	215707LEGACY	301896RF	315393RF1	352861RF1	410392R2	480821RM2
204623RF1	215776LRF3	301896RF1	315764MRF1	361552LEGD1	412488F1	480821RM2
205345RF2	215831SP	301981RF5	316672PD1	361985RF2	412624F1	480860RM10
205345RF3	215881RF1	303320CL2	316759LEGACY	38811857XRAND	414266RM5	490314XR02
205387LRF	217337CXF2	303398RF	317338SVP	38828380XRNOR	414289GI1	501239AMR3
205534RM2	217383CRF1	303440BCHRM4	317621LEGACY	38853103XRMET	414527ADV1	501520RF1
205554VAL	217544JRMF	303450RM2	317662RM3	3919-1	414529RF1	501622SJR4
205592MLC	217544RMI	303659RF1	317662RM4	401274WILEG	414636ENDO1	501751NWX2
205592MLC	217788LEG2	303695ROOM3	317662RM5	401596WILEG	414636LEG6	502348RF1
205655LRF	218726SMRF2	303695ROOM4	318227SRM5	401737KLEG	414785RM3	502622RF1
205783LRF2	219284RM4N	303699RF2	318253LEG	402481RF2	414963RF1	502636AF1
205793FLEG	219284RM5N	303778RM3A	318255GRM1	404321LEG2	414C4862	502746RF
205793FR1	219416ADV	303788RM9	318327RM7	404459MMLEG	414D1126	502781G2
205801KRF4	219416PRE	304235WX1B	318327RM8	404571DL2	414D1183	502933RF1
205877LRF2	219886NLP	304256RX1A	318327RM9	404589GSF	415387C1	504380LP3
205930LRF	225222LEG	304256RX3A	318327SFCH2	404791D4A	415387C2	504391RF1

504391RF2	519685REM	603668CLC3	636239JRF5	714771SJH4	803464PRES	818891VA2
504867LRF2	519837REM	603668CLC3	636327CRL	714985R3	803522B2	818963RM4
504885LEG	520432RM1	603778RM2	650696M6	715346TC1	803778RF1	828213MMR1
504885RF1	520742LEGACY	605352LEG	651232SM	717267RF6	803899RF1	828255SJR5
504898HC2	520742RM1	606252RF5	651565RF	717340LD2	804289HDF4	828322CLEG3
505287ADVX	520872RM3	606268FL2	661282XR	7175HCRF1	804466RM10	828452RF1
505392RF2	540236ARF1	606285LEGACY	662324RF1	718250LEGACY	804541JR2A	831395RF2
505492RF1	540462ARF	606327ADV	662513RF1	718250RM2	804747DHP1	843293RF
505522RF1	540546ARF	606354PRSN	662513RF2	718262REM1	804747HDP4	843527GRF4
505722XRM1	540743RF	606365RF1	662627RF4	718430RM3	804861FDOC	843674RF3
505841RM2	540862ARF6	606439LEG	702564RF1	718738RF	804861FDOC	843674RF4
505887GRF1	541677MOR3	606451LEG1	702731SRF13	718739RF	805326KM3	843692PRES
507255CC101	561468RM4	606987LEG1	702731SRF7	718780RM1	805497RM7	843797LCA
507332RF	561622RF1	610250FL2	703459RF1	718780RM2	805648RM5	847297HF3
507345LEG	561622RF2	610250SC.	703478RF	718780RM4	805739LG	847360RF1
507372LEG	570829RF4VA	610377M2	703689RM02	718883RF2	806355RM2	847570RF6
507537LEG	571223RF	610378RF5	703697RF2	718883RF3	806435RF1	847657GR4
508283AGH2	580251DSP	610826FL2	703783ARF4	718940LEGACY	806725B1	850111RF1
508548TC4	580256WRF1	610988RF6	704342NR5	719776RM5	806725B2	850325RF1
509458DR10	580421VRF1	612243RF	704384RF2	724284R4	806792LSRF4	850526JR3
509575PYX4	580421VRF1	612520N7	704543GERF1	727825RM9	806792RF10	850626SR4
509924VL	580772RF1	614446HX4	704765RF1	727845RF2	810421RF	850656RF2
510370RFDG2	585393VRF2	615264H4	706354SLCA	731425GI	812232ARM2	850747BMC1
510372RF2	601244OPRF1	615356RM2	706754HR2	732321LEG6	812237TH3	850747ER1
510372RF2	601268W5	615473RRF	706791D7	732360AMX	812256RF2	850862FR3
510869LEG6	601268W6	615769SKYRF3	707263LXR2	732360AMX	812482LRF	850883ER5
512314AS1	601364ARF3	615769SKYRF5	707423TC	732360AMX	813462RF1	856346RF
512448PORF	601376LEG	615769SKYRF7	707443JR5	732360AMX	813633RFX	858626RF6
512454CNTRF	601376OP3	615781LEG	707576RF1	732442LEG	813681SPEC1	858626RF7
512476SRM6	601459LC	615871SRF1	707576RF3	732970LEGACY	813725RF2	859226RF2
512660RF1	601636RF2	616391LEGACY	707648KVRF1	734429F1	813828RF2	859236RF2
513686LEG	601684SFX	617355RF1	707838SFX	740393LEG2	813872LEG1	859255RF1
514468BPRESTIGE	601735RF2	617499RM3	708216GIRF1	740425RF1	813932SPEC	860358RF2
514468BPRESTIGE	601865RF1	617735B6	708216L11	740446LCA	813971RF6	860585RM3
514495PRESTIGE	601865RF2	617754RM2	708216L12	740454RF3	815284RM2	863533RM1
516474LEGACY	601883RF1	618549CMRF1	708216REM1	757363RM3	816276BRF1	864255SFOP3
516579R2	601933LEG	618664URF2	708259NWRF7	757671RM1	816932SR7	864255SFOP4
516766RF	601968COLRF1	619242RF3	708259NWTC	757673RM1	817255NHLEG	864261RM15
516968LEG1	601968LEG1	619485RM3	708425PREST	757886RM3	817255NHDP1	864295GRRM4
516968LEG2	601968LEG2	619487RF1	708681WRF1	757934RM6	817424GEXR1	864487UPR2
517332LEGACY	602239RMF	619543RF4	708799SPHR	765827LEG	817472LEG1	864560BJWR1
517334ADV	602588LEGACY	619725RM2	712476LEG	770382WCRF	817472LEG2	864675FWLEG
517353DNR	602588OP1	619725RM4	713364W03	770603LEG1	817498LEG	864716RM2
517353LEGACY	602588ROOM5	619725RM6	713442KDRF2	770677LEG1	817551HMLEG4	865481RF3
517545LEG	602835RM2	620223MRF	713442KPDRS	780624RF	817735FP2	901226R9
517583HRF1	602835RM3	623445LEG	713455LEG	781273L2	817882ENDO	901285RA
517663LEGACY	602856LEG	623879RM3	713455LEG1	785472RF	817965SHADV	901369GE1
518583RF2	602879RM1	630682CDH4	713455LEG4	785743TRF	818331SFX	901384OPRF
518761GLCA	602994DRS	630858GLD	713527PRF	801408ENDO	818884LRF1	901424RF1
519631REM	603332FRFSF	631476RM1	713527PRF1	801581RM7	818891VA1	901523VA5

901523VA7	913676SR9	954987MOP4	C5304806	IS1001RF01	YX0738
901726M21	913684MLEG	956388RF1	CC2149XR02	IS1002RX01	YX0950
901754G1	914632LCA	956389RF5	CE165306	LU015064	
901757R4	914666DRS	956632RM1	CS1029RX01	LY1006XR03	
901853RF1	914964SJRF	972376VARF1	DELANO2LEG1	M1875113	
901853RF2	915334LEGACY	972548ENDO	EG1024RX01	M2663805	
902567GI	915533RF1	972548ENDO	EG1055VA01	M2838405	
903583VADIG	915595RF4	972548RF2	EG1112RX05	M2880713	
903583VAL	915649LCV	972548RF3	EG1112RX07	M4046528	
903654RF1	915685ADV3	972566INJS	FHEOLG1	M4159446	
904264LEGACY	916423AVTX2	972596GI	FHFGRF1	M4160037	
904672LGY1	916537MXF	972596GI	GOLD000540	M4202921	
904769BRA2	916555RF1	972751RF	GOLD001109	M4261103	
904819RF2	916662XF2	973365LAB1	GON8937004273	M4496929	
904825LEGACY	916734XR	973365RM4	GON8937007836	M4496929	
905358REM	918294SCRF2	973365RM5	GON8937015856	M4500608	
905565REM	918294SCRF3	973429CATH	GON8937047323	M9624214	
905895RM3	918682MRF2	973831RF3	GON8937048687	M9864607	
906524ADV1	919250WM9	973971PED2	GON8937049020	MC5880XR03	
907353RM3	919443NDRF2	973972C309	GON8937051241	MCTHKGMIN	
908351RF	919443NGLCA	973977TILTC	GON8937060122	NCHRF3M3	
908527RF3	919472CGRFA	978287ERF1	GON8937063450	NO1004RX01	
908527RF4	919472CGRFB	978796DEV	GON8937081644	NO1016RX02	
908821LEG	919497LEG	979776SJRF1	GON8937087454	NO1041RX01	
909788LF3	919522LRF2	98323RT30	GON8937091683	NO1104RX01	
909788LF4	919575XR50	98323RT30	GON8954001127	PC0545XR04	
909865LCLP	919681DB3	98323RT30	GON8988060806	PC0731XR01	
910215LEG2	919684EN3	98323RT30	GON920032032	PC7281XR02	
910215LEG2	919684RM13	985652LEG	GON920038187	PER18303	
910249LRF1	919684RM14	985748RF	GON920046730	PL1020RX01	
910249LRF3	919733ADV	985882RF1	GON920056080	PPR00132	
910343NHC1	919783RADV	989348DRS1	GON920064062	PPR59013	
910343NHR8	919934JADV1	989362DRS1	GON920065221	R4211457	
910452CFR2	919934JADV2	A5127805	GON930006178	RADNETRF122	
910609HSLEG	925734RF1	A5181620	GON930008183	RADNETRF129	
910642CRLEG	928729RM4	A5218915	GON930012336	RADNETRF130	
912246MR3	928729RM5	A5250603	GON930040567	RADNETRF138	
912327LD3	93162	A5487204	GON930087763	RADNETRF144	
912356CC2	931967SRF	A5816801	HC0393XR02	RADNETRF146	
912356LEG2	936321LEG1	AE1009RX01	HC0760XR01	RADNETRF174	
912386TR1	936321LEG2	AE1020RX01	HC0887XR01	RU1146RX01	
912386TR5	937268RM120	AH3221XR06	HC1627XR14	RU1306RX01	
912633MCL1	940764RMCXX	AH4317XR04	HC2834XR11	RU1488RX13	
912633MCL1	940898ENDO	AH5681XR02	HDAR01XR02	RU1488RX14	
912757RF2	941483RM2	AP3001XR10	HU1293US01	RU1488RX17	
913317SRM2	941629RF2	AP5821XR04	IE1006RX07	RU1488RX19	
913317SRM3	941798RM2	B4192927	IE1012RX03	RU1556RX03	
913345MLEG1	941798RM3	B5130612	IE1025RX02	SK1005RX05	
913596PR3	954724LEG	BPEP	INSIGHTXR010	XR545633WKO	
913596PR4	954985ME11	C4211004	INSIGHTXR041	YU1001VA02	