



ООО «Медтехника Реботек»


125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10

телефон: (495) 504-26-51, 504-26-52

факс: (495) 504-26-53

<http://www.rebotec.net>

e-mail: info@rebotec.net



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стулья медицинские реабилитационные с регулировкой высоты

Применение

Стулья реабилитационные с регулировкой высоты предназначены для людей, которые не могут долгое время находиться стоя, и обеспечивают надежность, в положении стоя, а также уменьшают физическую нагрузку на ноги и позвоночник. Кроме того, служат для пациентов во время подгонки ортезов.

Высота и наклон сиденья регулируется и подгоняется индивидуально. Устойчивость обеспечивается пятью ножками. Сиденье моеющееся.

Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного предмета и привести его в надлежащее положение!

Сборка

Товар доставляется в упаковке частично смонтированным. Перед непосредственной эксплуатацией проводятся следующие операции:

1. Достаньте из упаковки комплектующие (сиденье, нижнюю часть, ось).
2. Сначала вставьте ось в нижнюю часть и потом установите адаптер сиденья на ось.
3. С силой нажмите сиденье на ось, чтобы части плотно подошли друг к другу.
4. Проверьте прочность закрепления и повторите третью операцию, если возникнет необходимость.

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Установка высоты

- С помощью рычажка пневматической пружины установите стул на нужную высоту.
- Сядьте на сиденье стула и поверните рычаг вверх.
версия 315.10.00 рычаг – позади сиденья
версия 316.10.00, 317.10.00, 317.20.00 мини рычаг – слева от сиденья.
- Стул автоматически поднимается в максимально высокое положение. Посредством нагрузки на сиденье можно регулировать высоту.
- Опускание рычага автоматически блокирует пневматическую пружину.

Установка наклона сиденья

версия 315.10.00:

- Под сиденьем находится ключ-шестигранник;
- С помощью ключа ослабьте винт на трубке сиденья и установите нужный наклон сиденья.

• После установки снова закрутите винт.

версия 316.10.00, 317.10.00, 317.20.00

- Под сиденьем справа находится рычаг для установки наклона сиденья.

• Подняв рычаг, установите сиденье под нужным наклоном.

• Опустив рычаг, сиденье фиксируется автоматически.

Техническое обслуживание

Уход

Все части стула из синтетических материалов очищаются стандартным мягким средством для чистки синтетических материалов согласно инструкции. Стальная трубка протирается сначала влажной, а затем сухой салфеткой. Хромированная поверхность крестовины протирается сначала влажной, а затем сухой салфеткой. Внимание! Не используйте чистящие средства, содержащие растворители или масляные компоненты!

Обслуживание

Стул характеризуется долгим сроком службы и высокой надёжностью в эксплуатации. В случае возникновения неполадок, по причине, например, выпадения пневматической пружины, не пытайтесь самостоятельно их устранить. Свяжитесь с местным торговым представителем либо обратитесь в организацию, занимающуюся продажей товаров для больных. Небрежный или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Ремонт

В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

Инструкции по технике безопасности

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Проверяйте стул при каждом использовании на наличие неисправностей. Если Вы сомневаетесь, не используйте стул.



Внимание – риск падения! Сидя, не наклоняйтесь далеко вперёд.

- Опасность соскальзывания! Будьте осторожны при использовании стула на колёсах на влажных поверхностях либо на поверхностях без коврового покрытия.
- При использовании стула позаботьтесь об уверенном положении.

Технические характеристики

Наименование стульев	Модель	Нагрузка M_p , кг	Масса, кг	Сидение**		Код цвета
				Высота, мм	Материал***	
Реботек 5	315.10.00	150	4,2	610 – 860	ПУ	черный
Реботек 5	316.10.00	150	7,2	570 – 820	ПУ	черный
Реботек 5	317.10.00	150	7,2	530 – 720	ПУ	черный
Реботек 5	317.20.00	150	7,2	590 – 840	ПУ	черный

* M_p – масса пользователя
** эргономическое «с полуспинкой» или анатомическое «велосипедное» – по заказу
*** полиуретан

По заказу, дополнительно стулья могут оснащаться следующими комплектующими:

Комплектующие		
Артикул	Описание	Вид
317.30.10	Набор роликов, снабжённых тормозной системой (5 шт.)	чёрные
317.30.20	Пятиконечная крестовина	хромовый

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - **24 месяца** со дня продажи. Исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции должен быть произведен в компании ООО «Медтехника РЕБОТЕК» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - **36 месяцев**

Дата продажи: « _____ » _____ 2008 г.

Штамп ОТК

