



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 июня 2020 года № РЗН 2020/10558

На медицинское изделие

Бокс для пациентов изолированный Lamsystems™ X-BIO
по ТУ 32.50.50-101-99266507-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Технологической Одежды" (ООО "Лаборатория Технологической Одежды"), Россия,
456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургойское ш., д. 1, корп. 27а, офис 301

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Технологической Одежды" (ООО "Лаборатория Технологической Одежды"), Россия,
456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургойское ш., д. 1, корп. 27а, офис 301

Место производства медицинского изделия

ООО "Лаборатория Технологической Одежды", Россия, 456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургойское ш., д. 1, корп. 27а

Номер регистрационного досье № РД-25578/72009 от 28.01.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 03 июня 2020 года № 4670
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0050070

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10558

Лист 1

На медицинское изделие

Бокс для пациентов изолированный Lamsystems™ X-BIO

по ТУ 32.50.50-101-99266507-2017, в составе:

1. Надувная герметичная камера с вмонтированными герметичными перчатками - 1 шт.
2. Четырехточечный ремень для фиксации тела - 1 шт.
3. Ремень для фиксации ног - 1 шт.
4. Ремни крепления бокса к носилкам - 3 шт.
5. Фильтровентиляционная установка - 1 шт.
6. Магнитный ключ - 1 шт.
7. Зарядное устройство - 1 шт.
8. Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт. (при необходимости).
9. Прозрачный материал ПВХ для изготовления заплаток - 1 шт. (при необходимости).
10. Заглушка с резиновой шайбой - 4 шт. (при необходимости).
11. Карандаш для смазывания застежки молнии - 1 шт. (при необходимости).
12. Противоаэрозольные фильтры класса РЗ - 4 шт. (при необходимости).
13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

W

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

А.В. Самойлова

0068968