



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 13 сентября 2019 года № РЗН 2018/7606

На медицинское изделие  
**Наконечники пластиковые V-DENUPET для манипуляций с ооцитами и эмбрионами, различных типоразмеров**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
**"ВИТРОМЕД ГмбХ", Германия,  
VITROMED GmbH, Hans-Knöll-Straße 6, 07745 Jena, Germany**

Производитель  
**"ВИТРОМЕД ГмбХ", Германия,  
VITROMED GmbH, Hans-Knöll-Straße 6, 07745 Jena, Germany**

Место производства медицинского изделия  
**VITROMED GmbH, Hans-Knöll-Straße 6, 07745 Jena, Germany**

Номер регистрационного досье № РД-28781/50064 от 26.08.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.13.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 13 сентября 2019 года № 6806-  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0044673

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 сентября 2019 года № РЗН 2018/7606

Лист 1

На медицинское изделие  
**Наконечники пластиковые V-DENUPET для манипуляций с ооцитами и  
эмбрионами, различных типоразмеров:**  
125µm, 135µm, 140µm, 150µm, 175µm, 200µm, 275µm, 300µm, 600µm.

7

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
rosdravnadzor.ru



Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0056564