



Министерство здравоохранения
Российской Федерации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

16.04.2015 № 014-620/15
На № _____ от _____

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

О приостановлении применения
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий», в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, сообщает о приостановлении применения «Троакары Endopath Xcel с защитным колпачком и стабилизацией, без ножа, без ножа со стабилизацией, тупоконечные: троакар ENDOPATH XCEL с плоским лезвием и защитным колпачком диаметром 12 мм», каталожный номер: REF D12LT, номер серии: K4D36M, производства Ethicon Endo-Surgery, Inc., США; Ethicon Endo-Surgery, LLC., Мексика, регистрационное удостоверение № ФС 2006/649 от 11.05.2006, срок действия до 11.05.2016, на основании приказа Росздравнадзора от 16.04.2015 № 2559.

Врио руководителя

М.А. Мурашко

Информация размещена на сайте
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru