

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «АВАНТМЕД»



Качкин Р.В.

2022 г.

М.П.

Фотографические изображения медицинского изделия

**Иглы Verifine стерильные для инсулиновых шприц-ручек,
в вариантах исполнения: 0,33(29G)x12мм, 0,30(30G)x8мм, 0,25(31G)x8мм,
0,25(31G)x6мм, 0,25(31G)x5мм, 0,25(31G)x4мм, 0,23(32G)x8мм, 0,23(32G)x6мм,
0,23(32G)x5мм, 0,23(32G)x4мм, 0,20(33G)x4мм.**

производства

Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd., China /
Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай



Verifine

НАЗНАЧЕНИЕ

Использование: для инъекций инсулина. Модель: 0,33(29G)x12mm, 0,25(30G)x12mm, 0,25(31G)x12mm, 0,25(32G)x12mm, 0,25(33G)x12mm, 0,25(34G)x12mm, 0,25(35G)x12mm, 0,25(36G)x12mm, 0,25(37G)x12mm, 0,25(38G)x12mm, 0,25(39G)x12mm, 0,25(40G)x12mm, 0,25(41G)x12mm, 0,25(42G)x12mm, 0,25(43G)x12mm, 0,25(44G)x12mm, 0,25(45G)x12mm, 0,25(46G)x12mm, 0,25(47G)x12mm, 0,25(48G)x12mm, 0,25(49G)x12mm, 0,25(50G)x12mm, 0,25(51G)x12mm, 0,25(52G)x12mm, 0,25(53G)x12mm, 0,25(54G)x12mm, 0,25(55G)x12mm, 0,25(56G)x12mm, 0,25(57G)x12mm, 0,25(58G)x12mm, 0,25(59G)x12mm, 0,25(60G)x12mm, 0,25(61G)x12mm, 0,25(62G)x12mm, 0,25(63G)x12mm, 0,25(64G)x12mm, 0,25(65G)x12mm, 0,25(66G)x12mm, 0,25(67G)x12mm, 0,25(68G)x12mm, 0,25(69G)x12mm, 0,25(70G)x12mm, 0,25(71G)x12mm, 0,25(72G)x12mm, 0,25(73G)x12mm, 0,25(74G)x12mm, 0,25(75G)x12mm, 0,25(76G)x12mm, 0,25(77G)x12mm, 0,25(78G)x12mm, 0,25(79G)x12mm, 0,25(80G)x12mm, 0,25(81G)x12mm, 0,25(82G)x12mm, 0,25(83G)x12mm, 0,25(84G)x12mm, 0,25(85G)x12mm, 0,25(86G)x12mm, 0,25(87G)x12mm, 0,25(88G)x12mm, 0,25(89G)x12mm, 0,25(90G)x12mm, 0,25(91G)x12mm, 0,25(92G)x12mm, 0,25(93G)x12mm, 0,25(94G)x12mm, 0,25(95G)x12mm, 0,25(96G)x12mm, 0,25(97G)x12mm, 0,25(98G)x12mm, 0,25(99G)x12mm, 0,25(100G)x12mm.

Использование: для инъекций инсулина. Модель: 0,33(29G)x12mm, 0,25(30G)x12mm, 0,25(31G)x12mm, 0,25(32G)x12mm, 0,25(33G)x12mm, 0,25(34G)x12mm, 0,25(35G)x12mm, 0,25(36G)x12mm, 0,25(37G)x12mm, 0,25(38G)x12mm, 0,25(39G)x12mm, 0,25(40G)x12mm, 0,25(41G)x12mm, 0,25(42G)x12mm, 0,25(43G)x12mm, 0,25(44G)x12mm, 0,25(45G)x12mm, 0,25(46G)x12mm, 0,25(47G)x12mm, 0,25(48G)x12mm, 0,25(49G)x12mm, 0,25(50G)x12mm, 0,25(51G)x12mm, 0,25(52G)x12mm, 0,25(53G)x12mm, 0,25(54G)x12mm, 0,25(55G)x12mm, 0,25(56G)x12mm, 0,25(57G)x12mm, 0,25(58G)x12mm, 0,25(59G)x12mm, 0,25(60G)x12mm, 0,25(61G)x12mm, 0,25(62G)x12mm, 0,25(63G)x12mm, 0,25(64G)x12mm, 0,25(65G)x12mm, 0,25(66G)x12mm, 0,25(67G)x12mm, 0,25(68G)x12mm, 0,25(69G)x12mm, 0,25(70G)x12mm, 0,25(71G)x12mm, 0,25(72G)x12mm, 0,25(73G)x12mm, 0,25(74G)x12mm, 0,25(75G)x12mm, 0,25(76G)x12mm, 0,25(77G)x12mm, 0,25(78G)x12mm, 0,25(79G)x12mm, 0,25(80G)x12mm, 0,25(81G)x12mm, 0,25(82G)x12mm, 0,25(83G)x12mm, 0,25(84G)x12mm, 0,25(85G)x12mm, 0,25(86G)x12mm, 0,25(87G)x12mm, 0,25(88G)x12mm, 0,25(89G)x12mm, 0,25(90G)x12mm, 0,25(91G)x12mm, 0,25(92G)x12mm, 0,25(93G)x12mm, 0,25(94G)x12mm, 0,25(95G)x12mm, 0,25(96G)x12mm, 0,25(97G)x12mm, 0,25(98G)x12mm, 0,25(99G)x12mm, 0,25(100G)x12mm.

Фото 1. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,33(29G) x 12 мм, 100 шт. Общий вид.




Фото 2. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,30(30G) x 8 мм, 100 шт. Общий вид.



Фото 3. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,25(31G) x 8 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 4. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,25(31G) x 6 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 5. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,25(31G) x 5 мм, 100 шт. Общий вид.



Фото 6. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,25(31G) x 4 мм, 100 шт. Общий вид.

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,33(29G)TW x12 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50С°, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofer Str. 60 66386 St. Ingbert, Germany

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,30(30G) TW x8 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru


Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50С°, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofer Str. 60 66386 St. Ingbert, Germany

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,25(31G) TW x8 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50С°, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofer Str. 60 66386 St. Ingbert, Germany

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,25(31G) TW x 6 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50С°, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofer Str. 60 66386 St. Ingbert, Germany

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,25(31G) TW x 5 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50С°, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofer Str. 60 66386 St. Ingbert, Germany

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,25(31G) TW x 4 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50С°, относительная влажность не более 80%.

CE 0197 PG

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofer Str. 60 66386 St. Ingbert, Germany

Фото 7. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,33(29G)x12мм, 0,30(30G)x8мм, 0,25(31G)x8мм, 0,25(31G)x6мм, 0,25(31G)x5мм, 0,25(31G)x4мм. Маркировка потребительской упаковки



Фото 8. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,33(29G)x12мм, 0,30(30G)x8мм, 0,25(31G)x8мм, 0,25(31G)x6мм, 0,25(31G)x5мм, 0,25(31G)x4мм.
Маркировка потребительской упаковки



Фото 9. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G) x 8 мм, 100 шт. Общий вид.



Фото 10. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G) x 6 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 11. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G) x 5 мм, 100 шт. Общий вид.



Фото 12. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G) x 4 мм, 100 шт.
Общий вид.



Фото 13. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,20(33G) x 4 мм, 100 шт. Общий вид.

Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,23(32G) TW x 8мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промаймед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: PЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50С°, относительная влажность не более 80%.



Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,23(32G) TW x 8 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промаймед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: PЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50С°, относительная влажность не более 80%.



Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,23(32G) TW x 5 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промаймед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: PЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50С°, относительная влажность не более 80%.



Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,23(32G) TW x 4 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промаймед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: PЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50С°, относительная влажность не более 80%.



Иглы Verifine стерильные
для инсулиновых шприц-ручек, (100 штук)
Вариант исполнения: 0,20(33G) TW x 4 мм



Promised
Promised Hangzhou Meditech Co., Ltd

Производитель: Промаймед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай.
Адрес: #1, 8 floor, No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АВАНТМЕД», Адрес: 119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, офис 104, тел.: +7 (495) 220-17-19, e-mail: info@avantmed.ru, www.avantmed.ru

Регистрационное удостоверение: PЗН 2018/7997 от 2021

Условия хранения – от 0 до 50С°, относительная влажность не более 80%.



Фото 14. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G)x8мм, 0,23(32G)x6мм, 0,23(32G)x5мм, 0,23(32G)x4мм, 0,20(33G)x4мм.
Маркировка потребительской упаковки



Фото 15. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, 0,23(32G)x8мм, 0,23(32G)x6мм, 0,23(32G)x5мм, 0,23(32G)x4мм, 0,20(33G)x4мм. Маркировка потребительской упаковки.

Verifine Иглы стерильные для инсулиновых шприц-ручек

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Иглы Verifine стерильные для инсулиновых шприц-ручек, варианты 0,33(29G)х12мм, 0,30(30G)х8мм, 0,25(31G)х8мм, 0,25(31G)х6мм, 0,25(31G)х5мм, 0,25(31G)х4мм, 0,23(32G)х8мм, 0,23(32G)х6мм, 0,23(32G)х5мм, 0,23(32G)х4мм, 0,20(33G)х4мм.

НАЗНАЧЕНИЕ

Иглы Verifine предназначены для подкожного введения инсулина при лечении диабета в условиях клиник, больниц, в полевых условиях, а также для использования пациентами в домашних условиях.

Внимание: рекомендацию по выбору размера иглы, места укола и технике введения нужно получить у лечащего врача.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При использовании медицинского соблюдайте правила антисептики: руки и место укола необходимо обработать антисептиком.
- Не используйте иглу без упаковки или в поврежденной упаковке.
- Регулярно меняйте место инъекции.
- После вскрытия упаковки немедленно используйте иглу, затем утилизируйте ее.
- Выбрасывайте использованные иглы только с надетым на них внешним защитным колпачком.
- Не используйте иглу с истекшим сроком годности.
- Не храните шприц-ручку с установленной иглой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Использовать при температуре от 0 до +50 С°.
- Хранить от 0 до +50 С° и отн. влажности воздуха не выше 80% в сухом проветриваемом помещении, в месте защищенном от прямых солнечных лучей.
- Транспортировка от -20 до +50 С°.
- После транспортировки в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при комнатной температуре не менее 24 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1 Оторвите защитный ярлык иглы.

1



2 Совместите шприц-ручку с внутренней резьбовой частью основания иглы, накрутив иглу по часовой стрелке.

2



3 Снимите верхний колпачек иглы (сохраните его).
4 Снимите и выбросьте внутренний колпачок иглы.

3 4



5 Удалите воздух из резервуара шприц-ручки и иглы. Установите дозировку для инъекции. Обработайте место инъекции спиртовой салфеткой. Введите иглу под кожу. Большим пальцем нажмите на ручку установки дозы. Оставьте иглу на месте на 5-10 секунд для предотвращения вытекания инсулина из места введения. Вытащите иглу из кожи.

5

Фото 16. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек. Инструкция-вкладыш, стр.1.



Завершите инъекцию, надев на иглу внешний колпачок.



Удалите иглу со шприц ручки, повернув ее против часовой стрелки.

Внимание: чтобы избежать случайных уколов, никогда не надевайте внутренний колпачок обратно на иглу.

Универсальная винтовая резьба (согласно стандарта ISO11608-2:2012) обеспечивает совместимость игл Verifine с одноразовыми и многоразовыми шприц-ручками типа А, в том числе следующих производителей: ХумаПен/Люксера ДТ, ХумаПен® Саввио, ХумаПен® Эрголл, Хумалог® КвикПен, НовоРапид® ФлексПен®, НовоПен® 4, Левемир® ФлексПен®, Тресиба® ФлексТач®, НовоПен Эхо®, Виктоза®, КликСТАР, СолоСтар®, AutopenClassic, Autopen 24, Биосулин® Пен и других.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Иглы Verifine – 100 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Фирменная упаковочная коробка – 1 шт.;

В комплект не входит:

- Шприц-ручка;
- Спиртовая салфетка.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Иглы Verifine простерилизованы в окиси этилена. Изделия в первичной ненарушенной упаковке являются стерильными, нетоксичными и апирогенными в течение 5 лет.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с момента производства. Иглы Verifine должны использоваться в течение срока годности, иглы с истекшим сроком годности применению не подлежат.

СИМВОЛЫ И НАДПИСИ

	Наименование и адрес производителя		Дата производства
REF	Код по каталогу		Температурные ограничения
LOT	Код и номер партии		Обратитесь к инструкции по применению
	Срок годности		Не использовать при поврежденной упаковке
	Не использовать повторно		Апирогенно
(STERILE [EO])	Стерилизовано в окиси этилена		Маркировка CE
	Не использовать повторно		Беречь от солнечных лучей

Производитель:

Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд., Китай

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «АВАНТМЕД»

119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, дом 4, офис 104

тел.: +7 (495) 220-17-19; e-mail: info@avantmed.ru; www.avantmed.ru.


Фото 17. Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек. Инструкция-вкладыш, стр.2.

Информация получена с официального сайта


Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

18 (восемнадцать) лист 

Генеральный директор
ООО «АВАНТМЕД»



Р.Е. Качкин