



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23.10.2009 № ФСЗ 2009/05420

На медицинское изделие

Микроскоп сканирующий для лабораторных исследований MIRAX Midi с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе)I. Микроскоп сканирующий для лабораторных исследований MIRAX Midi: 1. Базовый блок MIRAX Midi. 2. Программное обеспечение MIRAX Viewer и MIRAX Control Software. 3. Объективы (20x или 40x) 4. Светофильтры (от 1 до 3 шт.) 5. Светофильтры люминесцентные (от 1 до 3 шт.) 6. Лампа галогеновая. 7. Осветитель. 8. Блок питания осветителя. 9. Адаптер для цифровой камеры. 10. Камера цифровая специальная: цветная 1392(H) x 1040(V) или цветная 3 CCD, каждый чип 1360(H) x 1024(V) и/или черно-белая 1388(H) x 1040(V). 11. Блок для обработки изображения и архивации данных: блок обработки изображений, LCD - дисплей, клавиатура специальная, манипулятор типа "мышь". 12. Чехол пылезащитный. II. Принадлежности: 1. Программное обеспечение TMA, HistoQuant, ImmunoScreener, 3D, NuclearQuant, MembraneQuant, FISHQuant, Teleconsultation Server, E-School Exam. 2. Модуль дополнительного увеличения 1,25x, или 1,6x, или 2,5x 3. Светофильтры (10 шт.) 4. Светофильтры люминесцентные (от 10 до 20 шт.) 5. Лампа газоразрядная. 6. Лампа галогеновая. 7. Держатели предметных стекол (от 3 до 5 шт.) 8. Адаптер для цифровой камеры. 9. Камера цифровая специальная: цветная 1392(H) x 1040(V), или цветная 3 CCD, каждый чип 1360(H) x 1024(V), и/или черно-белая 1388(H) x 1040(V). 10. Набор стикеров с "бар-кодами". III. Завод производитель: "ЗДГИСТЕХ Кфт.", Венгрия, 3DHISTECH Kft, H-1121, Konkoly-Thege Miklos ut 29-33, Budapest, Hungary.

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Карл Цейсс МикроИмэйджинг ГмбХ", Германия, Carl Zeiss MicroImaging GmbH

Производитель

"Карл Цейсс МикроИмэйджинг ГмбХ", Германия, Carl Zeiss MicroImaging GmbH

Место производства медицинского изделия

Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena, Germany

Номер регистрационного досье № ФСЗ 2009/05420

Вид медицинского изделия: —

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 2a

Код Общероссийского классификационного каталога продукции для
медицины в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_____подпись_____

Приказом Росздравнадзора от 23.10.2009. № _____

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.