



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.11.2020 № РЗН 2020/12587

На медицинское изделие

Кровать медицинская многофункциональная по ТУ 32.50.50-002-07614107-2018
электрическая с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

АО "ДЗМО"

Производитель

АО "ДЗМО"

Место производства медицинского изделия

607033, Россия, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 19,
уч. "ДЗМО", зд. 1, пом. 001

Номер регистрационного досье № РЗН 2020/12587

Вид медицинского изделия: 290200

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 1

Код Общероссийского классификатора продукции для
медицинского изделия: 32.50.30.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение

Приказом Росздравнадзора от 18.11.2020. № _____

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_____подпись_____

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.11.2020 № РЗН 2020/12587

Лист 2

На медицинское изделие

Кровать медицинская многофункциональная по ТУ 32.50.50-002-07614107-2018
электрическая с принадлежностями

варианты исполнения: I. Односекционная, модели К-ДЗМО-3-1, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Электропривод - не более 1 шт. 6. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 7. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 8. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 9. Матрац односекционный - 1 шт. (при необходимости). 10. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 11. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 12. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 13. Блок управления - 1 шт. 14. Пульт управления - 1 шт. 15. Угловой бампер - не более 4 шт. 16. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. II. Двухсекционные, моделей К-ДЗМО-1-2-Э, К-ДЗМО-1-2-Э/БК, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. (при необходимости). 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Ножная секция - 1 шт. 6. Электропривод - не более 2 шт. 7. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 8. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 9. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 10. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости). И. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 12. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 13. Блок управления - 1 шт. 14. Пульт управления - 1 шт. 15. Угловой бампер - не более 4 шт. 16. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. III. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-2-2-Э, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Ножная секция - 1 шт. 6. Электропривод - не более 2 шт. 7. Гидропривод - 1 шт. 8. Педаль управления гидроприводом - не более 2 шт. 9. Газовая пружина - не более 1 шт. 10. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 11. Приспособление

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.11.2020 № РЗН 2020/12587

Лист 3

для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 13. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости). 14. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 16. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 17. Блок управления - 1 шт. 18. Пульт управления - 1 шт. 19. Угловой бампер - не более 4 шт. 20. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. IV. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-3-2-Р, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Ножная секция - 1 шт. 6. Рейка - не более 2 шт. 7. Электропривод - не более 2 шт. 8. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 9. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 11. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости). 12. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 14. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 15. Блок управления - 1 шт. 16. Пульт управления - 1 шт. 17. Угловой бампер - не более 4 шт. 18. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. V. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-3-2-Г, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Ножная секция - 1 шт. 6. Газовая пружина - не более 2 шт. 7. Электропривод - не более 2 шт. 8. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 9. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 11. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости). 12. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 14. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 15. Блок управления - 1 шт. 16. Пульт управления - 1 шт. 17. Угловой бампер - не более 4 шт. 18. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. VI. Двухсекционная,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

__подпись__

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.11.2020 № РЗН 2020/12587

Лист 4

модели К-ДЗМО-3-2-В, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Ножная секция - 1 шт. 6. Винтовой механизм - не более 1 шт. 7. Электропривод - не более 2 шт. 8. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 9. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 11. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости). 12. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 14. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 15. Блок управления - 1 шт. 16. Пульт управления - 1 шт. 17. Угловой бампер - не более 4 шт. 18. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. VII. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-3-2-Э, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Ножная секция - 1 шт. 6. Электропривод - не более 4 шт. 7. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 8. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 9. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 10. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости). 11. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 12. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 13. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 14. Блок управления - 1 шт. 15. Пульт управления - 1 шт. 16. Угловой бампер - не более 4 шт. 17. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. VIII. Трехсекционные, моделей К-ДЗМО-1-3-Э, К-ДЗМО-1-3-Э/БК, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. (при необходимости). 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Ножная секция - 1 шт. 7. Электропривод - не более 4 шт. 8. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 9. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 11. Матрац трехсекционный

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.11.2020 № РЗН 2020/12587

Лист 5

- 1 шт. (при необходимости). 12. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 14. Блок управления - 1 шт. 15. Пульт управления - 1 шт. 16. Угловой бампер - не более 4 шт. 17. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. IX. Трех секционная, модели К-ДЗМО-2-3-Э, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Ножная секция - 1 шт. 7. Электропривод - не более 4 шт. 8. Гидропривод - 1 шт. 9. Педаль управления гидроприводом - не более 2 шт. 10. Газовая пружина - не более 1 шт. 11. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 12. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 13. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 14. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости). 15. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 16. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 17. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 18. Блок управления - 1 шт. 19. Пульт управления - 1 шт. 20. Угловой бампер - не более 4 шт. 21. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. X. Трех секционная, модели К-ДЗМО-3-3-Р, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Ножная секция - 1 шт. 7. Рейка - не более 4 шт. 8. Электропривод - не более 2 шт. 9. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 10. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 11. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 12. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости). 13. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 15. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 16. Блок управления - 1 шт. 17. Пульт управления - 1 шт. 18. Угловой бампер - не более 4 шт. 19. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. XI. Трехсекционная,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.11.2020 № РЗН 2020/12587

Лист 6

модели К-ДЗМО-3-3-Г, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Ножная секция - 1 шт. 7. Газовая пружина - не более 4 шт. 8. Электропривод - не более 2 шт. 9. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 10. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 11. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 12. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости). 13. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 15. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 16. Блок управления - 1 шт. 17. Пульт управления - 1 шт. 18. Угловой бампер - не более 4 шт. 19. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. XII. Трех секционная, модели К-ДЗМО-3-3-В, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Ножная секция - 1 шт. 7. Винтовой механизм - не более 2 шт. 8. Электропривод - не более 2 шт. 9. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 10. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 11. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 12. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости). 13. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 15. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 16. Блок управления - 1 шт. 17. Пульт управления - 1 шт. 18. Угловой бампер - не более 4 шт. 19. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. XIII. Трехсекционная, модели К-ДЗМО-3-3-Э, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Ножная секция - 1 шт. 7. Электропривод - не более 6 шт. 8. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 9. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 10 Штатив

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.11.2020 № РЗН 2020/12587

Лист 7

для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 11. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости). 12. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 14. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 15. Блок управления - 1 шт. 16. Пульт управления - 1 шт. 17. Угловой бампер - не более 4 шт. 18. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. XIV. Четырехсекционные, моделей К-ДЗМО-1-4-Э, К-ДЗМО-1-4-Э/БК, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. (при необходимости). 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Тазобедренная секция - 1 шт. 7. Ножная секция - 1 шт. 8. Электропривод - не более 4 шт. 9. Рейка - не более 2 шт. 10. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 11. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 13. Матрац четырех секционный - 1 шт. (при необходимости). 14. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 16. Блок управления - 1 шт. 17. Пульт управления - 1 шт. 18. Угловой бампер - не более 4 шт. 19. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. XV. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-2-4-Э, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Тазобедренная секция - 1 шт. 7. Ножная секция - 1 шт. 8. Электропривод - не более 4 шт. 9. Рейка - не более 2 шт. 10. Гидропривод - 1 шт. 11. Педаль управления гидроприводом - не более 2 шт. 12. Газовая пружина - не более 1 шт. 13. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 14. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 15. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 16. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости). 17. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 18. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.11.2020 № РЗН 2020/12587

Лист 8

19. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 20. Блок управления - 1 шт. 21. Пульт управления - 1 шт. 22. Угловой бампер - не более 4 шт. 23. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. XVI. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-Р, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Тазобедренная секция - 1 шт. 7. Ножная секция - 1 шт. 8. Рейка - не более 6 шт. 9. Электропривод - не более 2 шт. 10. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 11. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 13. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости). 14. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 16. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 17. Блок управления - 1 шт. 18. Пульт управления - 1 шт. 19. Угловой бампер - не более 4 шт. 20. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. XVII. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-Г, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Тазобедренная секция - 1 шт. 7. Ножная секция - 1 шт. 8. Газовая пружина - не более 6 шт. 9. Рейка - не более 2 шт. 10. Электропривод - не более 2 шт. 11. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 12. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 13. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 14. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости). 15. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 16. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 17. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 18. Блок управления - 1 шт. 19. Пульт управления - 1 шт. 20. Угловой бампер - не более 4 шт. 21. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. XVIII. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-В, в составе: 1. Каркас

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

__подпись__

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.11.2020 № РЗН 2020/12587

Лист 9

кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Тазобедренная секция - 1 шт. 7. Ножная секция - 1 шт. 8. Рейка - не более 2 шт. 9. Винтовой механизм - не более 2 шт. 10. Электропривод - не более 2 шт. 11. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 12. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 13. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 14. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости). 15. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 16. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 17. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 18. Блок управления - 1 шт. 19. Пульт управления - 1 шт. 20. Угловой бампер - не более 4 шт. 21. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. XIX. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-Э, в составе: 1. Каркас кровати - 1 шт. 2. Колесная опора - не более 4 шт. 3. Торцевая спинка - 2 шт. 4. Спинная секция - 1 шт. 5. Бедренная секция - 1 шт. 6. Тазобедренная секция - 1 шт. 7. Ножная секция - 1 шт. 8. Рейка - не более 2 шт. 9. Электропривод - не более 6 шт. 10. Держатель панели ложа - не более 50 шт. 11. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости). 12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости). 13. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости). 14. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости). 15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости). 16. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости). 17. Блок управления - 1 шт. 18. Пульт управления - 1 шт. 19. Угловой бампер - не более 4 шт. 20. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт. Принадлежности: 1. Боковое ограждение - 2 шт. 2. Шарнир бокового ограждения - не более 12 шт. 3. Ручка для подтягивания - 1 шт. 4. Держатель мочеприемника - 1 шт. 5. Полочка для записей - 1 шт. 6. Столик для питания - 1 шт. 7. Держатель обуви - 1 шт. 8. Держатель для костылей - 1 шт. 9. Держатель кислородного баллона

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

__подпись__

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18.11.2020 № РЗН 2020/12587

Лист 10

- 1 шт. 10. Корзина под судно - 1 шт. 11. Приспособление для удлинения ложа кровати -
1 шт. 12. Дополнительная секция матраца - 1 шт. 13. Защитный чехол для матраца - 1 шт.
14. Лампа подсветки - 1 шт. 15. Аккумуляторная батарея - 1 шт. 16. Перекладчик
складной - 1 шт, 17. Упор для ног - 1 шт. 18. Ремень фиксирующий - не более 6 шт. 19.
Карман для истории болезни пациента - не более 2 шт. 20. Колесная опора с
центральным тормозом - не более 4 шт. 21. Педаль тормоза - не более 4 шт. 22.
Выдвижное пятое колесо - не более 2 шт. 23. Педаль управления выдвижным пятым
колесом - не более 2 шт. 24. Приспособление для мытья пациентов - 1 шт

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись