



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30.11.2020 № РЗН 2020/12686

На медицинское изделие

Набор реагентов для определения антитромбина для линейки коагулометров
"Technology Solution" (TS-Антитромбин) по ТУ 21.20.23-087-42349142-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

ООО фирма "Технология-Стандарт"

Производитель

ООО фирма "Технология-Стандарт"

Место производства медицинского изделия

656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 1351

Номер регистрационного досье № РЗН 2020/12686

Вид медицинского изделия: 283680

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для
медицинского изделия: 21.20.23.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение

Приказом Росздравнадзора от 30.11.2020. № _____

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_____подпись_____

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30.11.2020 № РЗН 2020/12686

Лист 2

На медицинское изделие

Набор реагентов для определения антитромбина для линейки коагулометров
"Technology Solution" (TS-Антитромбин) по ТУ 21.20.23-087-42349142-2020

I. Варианты исполнения: 1. Комплектация № 1, в составе: 1.1. Хромогенный субстрат (лиофильно высушенный), на 5 мл - 3 фл. 1.2. Тромбин (лиофильно высушенный) - 3 фл. 1.3. Растворитель для тромбина, 10 мл - 3 фл. 2. Комплектация № 2, в составе: 2.1. Хромогенный субстрат (лиофильно высушенный), на 10 мл - 3 фл. 2.2. Тромбин (лиофильно высушенный), на 10 мл - 6 фл. II. Эксплуатационная документация: 1. Инструкция по применению. 2. Паспорт.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись