Конструктивные	Обувь ортопедическая при Обувь ортопедическая г	три
требования	укорочении нижней конечности укорочении нижней конечно	сти
•	может быть изготовлена на может быть изготовлена	на
	индивидуальных (на основе слепка индивидуальных (на основе слег	тка
	стопы) колодках или на стопы) колодках или	на
	ортопедических колодках. Обувь ортопедических колодках. Об	увь
	должна иметь не менее двух должна иметь не менее ді	зух
	специальных деталей или косок 30 специальных деталей или косок	30
	мм и более. мм и более.	
Требования	Обувь должна отвечать требованиям Обувь должна отвечать требовани	MRI
безопасности	в течение всего срока эксплуатации в течение всего срока эксплуатац	ии
	при выполнении потребителем при выполнении потребител	іем
	требований, установленных в требований, установленных	В
	памятке по пользованию изделием. памятке по пользованию изделием	

Директор

Alexans

Андрей Вячеславович Смирнов