ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

ЯЗЫКОДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СО СМЕННЫМИ ЛОЖКАМИ

ЭТИКЕТКА

НАЗНАЧЕНИЕ

Языкодержатель предназначен для удерживания языка и ватных тампонов при хирургических операциях в полости рта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Языкодержатель без сменных ложек	- 1 шт.
2. Ложка правая сменная	- 1 шт.
3. Ложка левая сменная	- 1 шт.
4. Ложка средняя сменная	- 1 шт.
Эксплуатационная документация	
5. Этикетка	- 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры сменных ложек:

- правой	73x40x27
- левой	73x40x27
- средней	75x48x31

Ложки языкодержателя изготовлены из нержавеющей стали или из латуни с гальванопокрытием.

Остальные детали – из углеродистой стали с гальванопокрытием.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Языкодержатели устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (120±4)°С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 $см^3$ воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре ($180\pm^{2}_{10}$)°С в течение (60+5) мин.

ХРАНЕНИЕ

Храниться языкодержатели должны при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Языкодержатели соответствуют требованиям технической документации и признаны годным для эксплуатации.

Контролер ОТК N 1 Упаковщик N 1 Дата выпуска

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие языкодержателей требованиям технических условий ТУ 9434-120-07613473-2002 при соблю-дении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящей этикетки.

Гарантийный срок эксплуатации языкодержателей – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных языкодержателей с данной этикеткой по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод
ОАО «Можайский МИЗ»
Интернет www.mmiz.ru

Исполнительный директор ОАО «Можайский медико-инструментальный завод» _____ О.В.Зюзин

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов

О.В. Зюзин

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru