

# ООО "Испытательный Центр АФК"

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИМ41, выдан 21 февраля 2007 г.

Срок действия аттестата до 21 февраля 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории медицинских изделий

ООО «Испытательный Центр АФК»



## ПРОТОКОЛ № 073П технических испытаний

Объект испытаний	Устройства для утилизации медицинских отходов
Торговая марка	
Модель/тип	RK 13, RK 29, RK 42, RK 63, RK 84, CS 02, CS 04, CS 06, CS 08, CS 10, CS 12, CS 21, MZ 04, MZ 06, MZ 08, MZ 10
Заводской номер	№АК0470325
Заявитель	ООО "Промедтех"
Адрес Заявителя	115211, Россия, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 10, корп. 5
Изготовитель (Производитель)	Фирма "JOSEPH EGLI AG"
Адрес Изготовителя	Linthlistrasse 9, CH-8868 Oberruppen, Швейцария
Акт отбора образцов	№ 39 от 07 мая 2007 года
Сопроводительные документы	Руководства по эксплуатации, Декларация о соответствии системы менеджмента качества производства фирмы-изготовителя требованиям европейской директива 98/37/ЕЕС Сертификат «BVQi AG/SA», Швейцария, № 134318, соответствия системы менеджмента качества производства требованиям ISO 9001:2000
Сроки испытаний	10 – 24 мая 2007 г.
Обозначение НД, на соответствие требованиям которых проведены испытания	ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90)
Программа испытаний	Проверка соответствия требованиям: ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия. ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90) Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть I. Общие требования.

*Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.*

Протокол не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения ООО «Испытательный Центр АФК»