etac®

Инструкция
по эксплуатации коляски для душа/туалета CLEAN

Clean



78118E
07-10-01
www.etac.com

CE

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.ru

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB
"SLAUGIVITA"
3
ŠIAULIAI

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Содержание

Описание продукта	3
Использование и обращение	3-4
Туалетные принадлежности	4
Принадлежности для дополнительной безопасности	4-5
Иные принадлежности	5
Техническое обслуживание и безопасность	6
Символы	6

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB
"SLAUGIVITA"
3
ŠIAULIAI

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Clean – это коляска для душа и туалета, призванная облегчить гигиенический уход людям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и тем, кто осуществляет за этими людьми уход. Она разработана для использования в душе, умывальника или в туалете, а также для перемещения в санитарное помещение и обратно.
Коляска Clean пригодна для людей весом не более 130 кг.



Подлокотники

Подлокотники отводятся назад и снимаются. Подлокотники можно зафиксировать.



Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB "SLAUGIVITA" 3
ŠIAULIAI

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Подножка

Человек, осуществляющий уход, может легко задвинуть подножку ногой. Подножка съемная. Подножка может быть установлена в 4 положения по углу и высоте.





1. Проход через порог

Если стул пустой, наступите на фиксатор колес. Если стул с человеком, тяните стул задом наперед.

2. В неподвижном положении

Разверните стул таким образом, чтобы колеса смотрели вперед.



Фиксация тормозов



Установка/выемка судна

1. Держатели судна.
2. Судно вдвигается с задней стороны.
3. Для крепления ведра необходимы держатели.
4. Крепления низкой фиксации судна/ведра.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB "SLAUGIVITA" 3
ŠIAULIAI

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru





Фиксация пациента в коляске

1. Поперечная планка крепится к подлокотникам.
2. Ремень безопасности крепится к задней стороне спинки и протягивается под подлокотниками.







Аксессуары

1. Мягкая подушка крепится к сиденью.
2. Мягкая подушка для спинки стула крепится к спинке сиденья.
3. Защитная подушка.
4. Подушка для удобства помещается на основное сиденье.
5. Чехол для сиденья.
6. Переходник для крепления заднего колеса.
7. Мыльница.

Техническое обслуживание и безопасность

Срок службы продукта:

10 лет (за исключением мягкого сиденья/спинки), при условии чистки и технического обслуживания.

Техническое обслуживание:

Для сохранения хорошего состояния и безопасности эксплуатации коляски необходимо регулярно:

- Мыть коляску обычным неабразивным моющим средством, ополаскивать и сушить.
- Очищать колеса от волос, мыльного налета и т.д.

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB "SLAUGIVITA"
3
ŠIAULIAI

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Использование недоброкачественного стула недопустимо.



1. 2.

Символы

1. Мыть коляску обычным неабразивным моющим средством, ополаскивать и сушить.
2. Продукт можно мыть в течение 3 минут при температуре 85°C.



1. 2. 3.

Символы

1. Никогда не вставайте на подножку, так как коляска может опрокинуться.
2. Внимание: избегайте защемления в месте крепления подлокотников.
3. Максимальный вес пользователя – 130 кг.

Производитель:

«Центр поставок «Этак» АБ» Швеция, г.Киста, Киста Сайенс Тауэр, ул. Фарогатан 33.
E-mail: info@etac.se
Интернет-сайт: www.etac.com

Представитель в РФ:

ООО «Грея», юридический адрес: 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О. д.7 лит. А.
Фактический адрес: 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О. д.7 лит. А,
e-mail: info@medmarketsystem.org.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB
"SLAUGIVITA"
3
ŠIAULIAI

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru