

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВИНКАС (WINCATH) I.V. Cannula (Канюля) с фторопластовым или FEP катетером

Используемые материалы:

Фторопласт или FEP полипропилен, полиэтилен РОМ, силиконовая резина и нержавеющая сталь.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Введение жидкостей, таких как растворы для парентерального питания и введение иных лекарств.
- Поддержание баланса жидкостей и/или коррекция обезвоживания пациентов, неспособных принимать достаточное количество жидкости перорально.
- Переливание крови или компонентов крови.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Введение чрезмерно вязких жидкостей.
- Переливание больших объемов крови.
- Не использовать для пациентов с повышенной чувствительностью к любому из используемых материалов.
- Введение раздражающих жидкостей или лекарств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Выберите соответствующий тип и размер Канюли
- Всегда используйте наименьший - возможный размер Канюли для адекватного введения нужной жидкости.
- Тщательно выберите и очистите участок для внутривенного введения.
- Проверьте герметичность упаковки Канюли и срок годности и затем извлеките Канюлю из упаковки.
- Снимите колпачок иглы, освободите Канюлю из чехла и иглу из защитной упаковки.
- Введите Канюлю в вену под острым углом и проверьте наличие крови в обратной камере для того, чтобы убедиться в правильном введении в вену.
- Введите катетер в вену и одновременно осторожно выньте иглу.
- Не пытайтесь заново ввести частично и полностью вынутую иглу.
- Избегайте протекания крови, для этого нажмите пальцем на вену в том месте, где находится наконечник катетера или выше.
- Замените иглу или на набор для вливания жидкости, или на закрывающий колпачок.
- Выбросьте иглу в соответствующий контейнер для отходов.
- Прикрепите клейкой лентой крылышки Канюли к коже пациента.
- Закройте место прокола стерильной повязкой.
- Лекарства можно вливать с перерывами, с помощью шприца через ввод для инъекций, после удаления колпачка ввода.
- Если ввод для инъекций не используется, его необходимо закрывать колпачком.
- Регулярно проверяйте место прокола на какие-либо реакции, а также проверяйте все соединения.

ВАЖНО:

- Перед использованием прочтите инструкцию.
- Это устройство может использоваться только квалифицированным врачом или парамедиком.
- Проверьте состояние устройства, целостность упаковки и срок годности.
- Устройство стерильно, апиrogenно и не токсично, если упаковка не вскрыта и не повреждена.
- Только для однократного использования. После использования выбросить. Не подлежит переработке, очистке и повторной стерилизации.
- Использовать устройство немедленно после вскрытия индивидуальной упаковки.
- Хранить в прохладном и сухом месте.
- Не подвергать воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Устройство должно использоваться только в соответствии с инструкцией по использованию.

См. инструкцию по использованию.

Только для одноразового использования.

Стерилизовано оксидом этилена.

СУРИ ИНТЕРНЕЙШНЛ ПВТ. ЛТД.
МУМБАЙ, ИНДИЯ.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВИНФЛОУ (WINFLOW) I.V. Cannula (Канюля) с фторопластовым или FEP катетером и инъекционным клапаном.

Используемые материалы:

Фторопласт или FEP полипропилен, полиэтилен POM, силиконовая резина и нержавеющая сталь.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Введение жидкостей, таких как растворы для парентерального питания и введение иных лекарств.
- Поддержание баланса жидкостей и/или коррекция обезвоживания пациентов, неспособных принимать достаточное количество жидкости перорально.
- Переливание крови или компонентов крови.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Введение чрезмерно вязких жидкостей.
- Переливание больших объемов крови.
- Не использовать для пациентов с повышенной чувствительностью к любому из используемых материалов.
- Введение раздражающих жидкостей или лекарств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Выберите соответствующий тип и размер Канюли
- Всегда используйте наименьший - возможный размер Канюли для адекватного введения нужной жидкости.
- Тщательно выберите и очистите участок для внутривенного введения.
- Проверьте герметичность упаковки Канюли и срок годности и затем извлеките Канюлю из упаковки.
- Снимите колпачок иглы, освободите Канюлю из чехла и иглу из защитной упаковки.
- Введите Канюлю в вену под острым углом и проверьте наличие крови в обратной камере для того, чтобы убедиться в правильном введении в вену.
- Введите катетер в вену и одновременно осторожно выньте иглу.
- Не пытайтесь заново ввести частично и полностью вынутую иглу.
- Избегайте протекания крови, для этого нажмите пальцем на вену в том месте, где находится наконечник катетера или выше.
- Замените иглу или на набор для вливания жидкости, или на закрывающий колпачок.
- Выбросьте иглу в соответствующий контейнер для отходов.
- Прикрепите клейкой лентой крыльшки Канюли к коже пациента.
- Закройте место прокола стерильной повязкой.
- Лекарства можно вливать с перерывами, с помощью шприца через ввод для инъекций, после удаления колпачка ввода.
- Если ввод для инъекций не используется, его необходимо закрывать колпачком.
- Регулярно проверяйте место прокола на какие-либо реакции, а также проверяйте все соединения.

ВАЖНО:

- Перед использованием прочтите инструкцию.
- Это устройство может использоваться только квалифицированным врачом или парамедиком.
- Проверьте состояние устройства, целостность упаковки и срок годности.
- Устройство стерильно, апиrogenно и не токсично, если упаковка не вскрыта и не повреждена.
- Только для однократного использования. После использования выбросить. Не подлежит переработке, очистке и повторной стерилизации.
- Использовать устройство немедленно после вскрытия индивидуальной упаковки.
- Хранить в прохладном и сухом месте.
- Не подвергать воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Устройство должно использоваться только в соответствии с инструкцией по использованию.

См. инструкцию по использованию.

Только для одноразового использования.

Стерилизовано оксидом этилена.

СУРИ ИНТЕРНЕЙШНЛ ПВТ. ЛТД.
МУМБАЙ, ИНДИЯ.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВИИКАС (WINCATH) I.V. Cannula (Канюля) с фторопластовым или FEP катетером
Используемые материалы:
фторопласт или FEP полипропилен, полиэтилен POM, силиконовая резина и нержавеющей сталь.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Введение жидкостей, таких как растворы для парентерального питания и введение иных лекарств.
- Поддержание баланса жидкостей и/или коррекция обезвоживания пациентов, неспособных принимать достаточное количество жидкости перорально.
- Переливание крови или компонентов крови.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Введение чрезмерно вязких жидкостей.
- Переливание больших объемов крови.
- Не использовать для пациентов с повышенной чувствительностью к любому из используемых материалов.
- Введение раздражающих жидкостей или лекарств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Выберите соответствующий тип и размер Канюли
- Всегда используйте наименьший - возможный размер Канюли для адекватного введения нужной жидкости.
- Тщательно выберите и очистите участок для внутривенного введения.
- Проверьте герметичность упаковки Канюли и срок годности и затем извлеките Канюлю из упаковки.
- Снимите колпачок иглы, освободите Канюлю из чехла и иглу из защитной упаковки.
- Введите Канюлю в вену под острым углом и проверьте наличие крови в обратной камере для того, чтобы убедиться в правильном введении в вену.
- Введите катетер в вену и одновременно осторожно выньте иглу.
- Не пытайтесь заново ввести частично и полностью вынутую иглу.
- Избегайте протекания крови, для этого нажмите пальцем на вену в том месте, где находится наконечник катетера или выше.
- Замените иглу или на набор для вливания жидкости, или на закрывающий колпачок.
- Выбросьте иглу в соответствующий контейнер для отходов.
- Прикрепите клейкой лентой крышечки Канюли к коже пациента.
- Закройте место прокола стерильной повязкой.
- Лекарства можно вливать с перерывами, с помощью шприца через ввод для инъекций, после удаления колпачка ввода.
- Если ввод для инъекций не используется, его необходимо закрывать колпачком.
- Регулярно проверяйте место прокола на какие-либо реакции, а также проверьте все соединения.

ВАЖНО:

- Перед использованием прочтите инструкцию.
- Это устройство может использоваться только квалифицированным врачом или парамедиком.
- Проверьте состояние устройства, целостность упаковки и срок годности.
- Устройство стерильно, апиrogenно и не токсично, если упаковка не вскрыта и не повреждена.
- Только для однократного использования. После использования выбросить. Не подлежит переработке, очистке и повторной стерилизации.
- Использовать устройство немедленно после вскрытия индивидуальной упаковки.
- Хранить в прохладном и сухом месте.
- Не подвергать воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Устройство должно использоваться только в соответствии с инструкцией по использованию.

См. Инструкцию по использованию.

Только для однократного использования.

Стерилизовано оксидом этилена.



СУРИ ИНТЕРНЕЙШНЛ ПВТ. ЛТД
МУМБАЙ, ИНДИЯ.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВИНФЛОУ (WINFLOW) I.V. Cannula (Канюли) с фторопластовым или FEP катетером и инъекционным клапаном.

Используемые материалы:

Фторопласт или FEP полипропилен, полиэтилен POM, силиконовая резина и нержавеющая сталь.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Введение жидкостей, таких как растворы для парентерального питания и введение иных лекарств.
- Поддержание баланса жидкостей и/или коррекция обезвоживания пациентов, неспособных принимать достаточное количество жидкости перорально.
- Переливание крови или компонентов крови.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Введение чрезмерно вязких жидкостей.
- Переливание больших объемов крови.
- Не использовать для пациентов с повышенной чувствительностью к любому из используемых материалов.
- Введение раздражающих жидкостей или лекарств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Выберите соответствующий тип и размер Канюли
- Всегда используйте наименьший - возможный размер Канюли для адекватного введения нужной жидкости.
- Тщательно выберите и очистите участок для внутривенного введения.
- Проверьте герметичность упаковки Канюли и срок годности и затем извлеките Канюлю из упаковки.
- Снимите колпачок иглы, освободите Канюлю из чехла и иглу из защитной упаковки.
- Введите Канюлю в вену под острым углом и проверьте наличие крови в обратной камере для того, чтобы убедиться в правильном введении в вену.
- Введите катетер в вену и одновременно осторожно выньте иглу.
- Не пытайтесь заново ввести частично и полностью вынутую иглу.
- Избегайте протекания крови, для этого нажмите пальцем на вену в том месте, где находится наконечник катетера или выше.
- Замените иглу или на набор для вливания жидкости, или на закрывающий колпачок.
- Выбросите иглу в соответствующий контейнер для отходов.
- Прикрепите клейкой лентой крышечки Канюли к коже пациента.
- Закройте место прокола стерильной повязкой.
- Лекарства можно вливать с перерывами, с помощью шприца через ввод для инъекций, после удаления колпачка ввода.
- Если ввод для инъекций не используется, его необходимо закрывать колпачком.
- Регулярно проверяйте место прокола на какие-либо реакции, а также проверяйте все соединения.

ВАЖНО:

- Перед использованием прочтите инструкцию.
- Это устройство может использоваться только квалифицированным врачом или парамедиком.
- Проверьте состояние устройства, целостность упаковки и срок годности.
- Устройство стерильно, апиrogenно и не токсично, если упаковка не вскрыта и не повреждена.
- Только для однократного использования. После использования выбросить. Не подлежит переработке, очистке и повторной стерилизации.
- Использовать устройство немедленно после вскрытия индивидуальной упаковки.
- Хранить в прохладном и сухом месте.
- Не подвергать воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Устройство должно использоваться только в соответствии с инструкцией по использованию.

См. инструкцию по использованию.

Только для одноразового использования.

Стерилизовано оксидом этилена.

СУРИ ИНТЕРНЕЙШНЛ ПВТ. ЛТД.
МУМБАЙ, ИНДИЯ.

