ФГУП « Липецкое ПрОП» Минздравсоцразвития России

Памятка по пользованию

Аппарат на всю ногу
по схеме ЦНИИПП АН8-12

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.ru

Липецк, 2009 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1.Описание конструкции

1.1. Аппарат на всю ногу по схеме ЦНИИПП АН8-12 (далее аппарат) предназначен для ортезирования людей всех половозрастных групп и восстановительного лечения после травм, переломов, заболеваний опорно-двигательного аппарата.

1.2. Применяется для фиксации коленного и голеностопного сустава в физиологическом или заданном положении по различным медицинским показаниям (артрогрипоз, детский церебральный паралич, для разработки контрактур коленного сустава травматического неврологического происхождения, а также заболевания опорно-двигательного аппарата).

1.3. Аппарат предназначен для выполнения при соответствующих медицинских показаниях следующих функций:

- опороспособность пораженной нижней конечности с одновременным удержанием ее сегментов в заданном положении;
- ограниченная подвижность в суставах, необходимая для ходьбы и при сидении;
- частичная или полная разгрузка конечности и её сегментов.

1.4. Аппарат состоит из:

- гильзы голени, бедра и башмачка из кожи;
- комплекта шин (с замком, без замка);
- стельки аппаратной
- крепления.

1.5. Крепление аппарата к ноге пациента обеспечивается при помощи пояса, вертлуга, шнуровок, капок со штрипками или ворсовыми застежками «Контакт» на полиуретановой основе.

Широкий выбор комплектующих позволяет изготавливать аппарат с учетом индивидуальных особенностей пациента в соответствии с медицинским назначением, учитывающим клинические, антропометрические и другие характеристики инвалида, а также легко корректировать параметры сборки аппарата при примерке и в процессе ходьбы.

Конструкция аппарата обеспечивает удобство его надевания и снятия.

Аппарат соответствует медицинским показаниям. Гильзы аппарата плотно прилегают к телу пациента, без избыточного локального давления на костные выступы.

1.6. Масса аппарата не более 3,5 кг.

2.Пользование аппаратом

2.1. В положении «сидя» вложить ногу в аппарат и плотно зафиксировать ее ворсовыми застежками «Контакт» на полиуретановой основе или шнуровкой.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.2. В положении «стоя» проверить удобство размещения ноги в аппарате и надежность крепления.
2.3. Время пользования аппаратом определяется врачом.

3.Уход за аппаратом

3.1. Аппарат необходимо оберегать от поломок и деформации отдельных элементов, предохранять от сырости.
3.2. Не следует хранить аппарат вблизи источников тепла, сушить на солнце.
3.3. В случае использования коленного шарнира с ограничением объёма движения самостоятельная регулировка допустимого диапазона движения запрещается. При необходимости увеличить или сократить объём движения следует обратиться на протезно-ортопедическое предприятие.

4.Ремонт аппарата

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу аппарата в течении 7 месяцев при условии правильной эксплуатации.
4.2. Самостоятельная разборка и ремонт аппарата запрещен.
4.3. При возникновении неполадок в аппарате (появление люфтов, поломка шин, элементов крепления и др.) необходимо обратиться на протезно-ортопедическое предприятие.
4.4. Срок службы аппарата для взрослых и детей не менее 1 года. Аппарат ремонтнопригоден в течение всего срока службы.

Изделие принадлежит к 1-му классу потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000.

5.Комплектность аппарата

В комплект поставки аппарата входит:

- Аппарат - 1шт.;
- Памятка по пользованию - 1 экз.;
- Чехол-футляр - 1шт.

И.о .директора
ФГУП «Липецкое ПрОП»
Минздравсоцразвития России Е.В.Голубятников

М.П.

398059 г.Липецк
ул. Фрунзе 5 «а»
телефон 8 (4742) 77-83-64

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Прошнурова пронумеровано
и скреплено пе атью 3 л.

И.О. Директора ФГУП
«Липецкое Пр Ъ» Минздравсоцразвития
Россия

олубятников

Информация получена с официального сайта
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru