

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
338920	Система мониторинга места внутривенного доступа для определения инфильтрации/экстравазации

Раздел

**14** Сердечно-сосудистые медицинские изделия

**15** Мониторы/системы мониторингирования кардиологические и сопутствующие изделия и

### Описание

Комплект неинвазивных изделий, предназначенных для наблюдения за местом проведения инфузии в периферическую вену с целью определения и оповещения медицинских работников об инфильтрации/экстравазации (утечке жидкости в окружающие ткани). Состоит из портативного работающего от сети (сети переменного тока) монитора с дисплеем, источника света и светового датчика, оптоволоконного кабеля и может включать вспомогательные принадлежности (например, держатель датчика). Кончик кабеля фиксируется около места внутривенного доступа и направляет свет (видимого/ближнего инфракрасного диапазона) с монитора на поверхность кожи, отраженный от тканей свет направляется обратно на датчик в мониторе; изменения в отраженном свете обрабатываются монитором для определения утечки жидкости.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.