

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
188050	Катетер баллонный для коронарной ангиопластики и коронарографии

Раздел

14 Сердечно-сосудистые медицинские изделия

19 Системы ангиопластики и сопутствующие изделия

Описание

Стерильная гибкая трубка предназначена для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для расширения стенозированной коронарной артерии/шунта или имплантированного стента коронарной артерии, путем контролируемого раздувания эластичного баллона на ее дистальном конце, и для оценки морфологии коронарной сосудистой системы через внутрисосудистое изображение, передаваемое посредством внутрисосудистого ультразвукового датчика, который создает изображения анатомии, способствует более точному определению мест расширения и помогает рассмотреть результаты. Устройство приводится в действие путем подключения к специальной системе; оно сделано из металлических и синтетических полимерных материалов и доступно в различных длинах и диаметрах. Устройство одноразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.