

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
191580	Клапан сопротивления при сердечно-легочной реанимации, для вдоха

Раздел

14 Сердечно-сосудистые медицинские изделия

25 Прочие сердечно-сосудистые медицинские изделия

Описание

Нестерильный клапан, предназначенный для увеличения притока крови к сердцу и головному мозгу пациента во время проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) путем выборочного сопротивления вдыхаемым газам в выходной фазе СЛР, в результате чего повышается отрицательное давление в грудной клетке, увеличивается венозный возврат крови к сердцу и усиливается кровоток во время следующего сжатия. Изделие подключается между источником искусственной вентиляции легких (например, аппаратом ИВЛ) и дыхательными устройствами (например, лицевой маской, дыхательной трубкой) и, как правило, состоит из клапанной диафрагмы (например, силиконовой) с вентиляционным портом и дополнительными свойствами [например, предохранительным механизмом, визуальным метрономом (работающим от батареи)]. Это изделие для одноразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.