

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
210390	Коллиматор для системы ядерной медицины одноканальный, цилиндрический

Раздел

**12** Радиологические медицинские изделия**03** Коллиматоры и и сопутствующие изделия

### Описание

Изделие в форме цилиндра, изготавливаемое из плотного материала [например, свинца (Pb), вольфрама (W) или титана (Ti)], используемое для гарантии того, что только гамма-излучение, попадающее на переднюю поверхность канала коллиматора, достигает сцинтилляционного кристалла системы визуализации или детекции. К данному виду относятся коллиматоры, разработанные для отображения низко-, средне- и высокоэнергетических фотонов. Изделие может быть встроенным компонентом ручного зонда, блока детекторов или иного типа систем детекции или визуализации и иметь взаимозаменяемые конструкции. Изделие изготавливается со специальными механизмами, позволяющими его безопасно транспортировать, удалять или присоединять к детекторной головке системы детекции или визуализации.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.