

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
216700	Коллиматор с автоматически регулируемой апертурой для системы ускорителя

Раздел

**12** Радиологические медицинские изделия**03** Коллиматоры и и сопутствующие изделия

### Описание

Изделие с электроприводом, ограничивающее пучок рентгеновского излучения, являющееся компонентом терапевтической системы ускорителя, состоящее из высоко аттенгуированных материалов или сплавов [например, из свинца (Pb), вольфрама (W)], с управляемыми компьютером функциями позиционирования "челюстей" и лепестков. Монтируемое в порт выхода пучка, это изделие используется для корректировки формы пучка радиационного излучения, направляемого на участок тела, являющийся объектом лечения. Изделие обеспечивает защиту пациента во время лечения за счет ограничения или недопущения воздействия излучения на участки тела, не являющиеся объектами лечения. У изделия, как правило, имеется устройство локализации света для индикации расположения пучка радиационного излучения, с помощью которого можно правильно расположить пациентов для получения лечения.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.