

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
216780	Коллиматор с автоматически регулируемой апертурой для системы радионуклидной дистанционной терапии

Раздел

12 Радиологические медицинские изделия**03** Коллиматоры и сопутствующие изделия

Описание

Изделие с электроприводом, ограничивающее пучок рентгеновского излучения, являющееся компонентом системы радионуклидной дистанционной терапии, состоящее из высоко аттенуированных материалов или сплавов [например, из свинца (Pb), вольфрама (W)], с управляемыми компьютером функциями позиционирования "челюстей" и лепестков. Устанавливается под разводящим каналом головки источника дистанционной терапии и используется для настройки размера и формы пучка радиационного излучения, направляемого на пациента во время лечения, так чтобы пучок удовлетворял требованиям конкретного плана лечения. Коллиматоры с "челюстями" обеспечивают прямоугольную или круглую форму пучка; регулируемые многолепестковые коллиматоры позволяют создавать пучки нестандартных форм.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.