

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
218460	Система проверки динамической остроты зрения

Раздел

**11** Офтальмологические медицинские изделия

**27** Прочие офтальмологические медицинские изделия

### Описание

Комплект изделий, предназначенный для отслеживания изменений остроты зрения при движениях головы для количественного определения потери остроты зрения вследствие вестибулярной патологии. Система обычно включает: встроенный трехмерный гироскоп (или его эквивалент), закрепленный на голове пациента; подключенный к нему персональный компьютер для отслеживания способности пациента правильно идентифицировать изображение в соответствии с конкретным движением головы; монитор для просмотра изображений; программное обеспечение операционной системы. Система позволяет выявлять пациентов, нуждающихся в реабилитационных упражнениях для вестибулярного аппарата.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.