

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

| Код    | Наименование  |
|--------|---|
| 245040 | Стол для пациента системы для проведения нейтронного активационного анализа, без электропитания |

Раздел

**12** Радиологические медицинские изделия**11** Столы радиологические

### Описание

Изделие, являющееся компонентом системы для проведения нейтронного активационного анализа, представляющее собой неэлектрический радиотерапевтический стол, специально разработанный для позиционирования и поддержки пациентов во время проведения лечения с использованием нейтронного потока, перенаправленного от ядерного реактора. Дека стола может быть фиксированной, либо может иметь устройство для механической регулировки расположения деки и/или высоты стола, например, пневматические механизмы управления, магнитные затворы, рукоятки или рычажные механизмы. Изготавливается из материалов с низкой молекулярной массой, который уменьшают или исключают активацию стола во время лечения пациента. Как правило, это автономный передвижной или стационарный стол.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.