

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
245070	Стол для пациента системы для проведения нейтронного активационного анализа, с электропитанием

Раздел

**12** Радиологические медицинские изделия**11** Столы радиологические

### Описание

Устройство, являющееся компонентом системы для проведения нейтронного активационного анализа, специально предназначенное для поддержки и позиционирования пациента во время процедур с использованием потока нейтронов, создаваемого ядерным реактором. Стол изготовлен из материалов с низким молекулярным весом или водородсодержащих материалов для снижения или исключения непреднамеренной активации материалов стола при проведении процедуры. Он имеет электронные элементы управления и/или программное управление для регулировки высоты и положения деки. Снабжен дополнительными элементами, такими как система позиционирования пациента и устройство контроля, держатели пленки и устройства подачи сигнала тревоги.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.