

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
253670	Держатель/электрод эндоскопический электрохирургический/набор игл для подслизистого лифтинга

Раздел

**18** Хирургические инструменты/системы и сопутствующие медицинские изделия

**33** Петли хирургические и сопутствующие изделия

### Описание

Стерильное гибкое инвазивное эндоскопическое изделие, предназначенное для доставки: 1) раствора для подъема подслизистого слоя; и 2) электрохирургического тока в монополярной конфигурации (т.е., используемый вместе с контактным возвратным электродом) на ткани для их разрезания/коагуляции. Обычно предназначено для лечения полипов/поражений желудочно-кишечного тракта путем подъема пораженной слизистой оболочки над пузырьком жидкости и последующего электрохирургического удаления пораженной области. Включает в себя иглу для подслизистых инъекций, электрохирургический электрод (например, петлю для удаления полипов) с контролируемым держателем (например, кольцевыми ручками) и корпус с двойным просветом для введения. Это изделие для одноразового использования.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.