

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
262670	Коллиматор с регулируемой апертурой в системе ускорителя

Раздел

12 Радиологические медицинские изделия

03 Коллиматоры и сопутствующие изделия

Описание

Изделие, ограничивающее пучок рентгеновского излучения, являющееся компонентом системы ускорителя, состоящее из высоко аттенуированных материалов [например, из свинца (Pb), вольфрама (W)], с управляемыми компьютером функциями позиционирования "челюстей" и лепестков с электроприводом. Изделие используется для корректировки формы пучка радиационного излучения, направляемого на участок тела, являющийся объектом лечения. Изделие обеспечивает защиту пациента во время лечения за счет ограничения или недопущения воздействия излучения на участки тела, не являющиеся объектами лечения, и используется, в первую очередь, при конформационной лучевой терапии с программными интерфейсами, позволяющими оператору позиционировать и формировать лепестки коллиматора на основании двух- или трехмерных клинических данных или отсканированного изображения с пленки. Как правило, имеется устройство локализации света.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.