

**СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ  
ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

<b>Код</b>	<b>Наименование</b>
298720	Печь лабораторная вакуумная

Раздел

**2** Вспомогательные и общепольничные медицинские изделия**26** ПечиОписание

Электросетевое (переменного тока) устройство для высокотемпературной обработки помещаемых в нее объектов с целью их разогрева, сушки или обезвоживания в условиях частичного вакуума. Диапазон регулируемых рабочих температур: от 10° выше температуры окружающей среды до +250°С. Выпускаются модели различной конструкции и с различным объемом печной камеры. Камера изготавливается из устойчивых к коррозии материалов (например, нержавеющей стали) методом контактной роликовой сварки и обеспечивает герметичность. Оснащается термоизоляцией, ручными или электронными элементами управления, нагревательными элементами, вакуум-насосом, таймерами, термометрическими датчиками и стеклянным смотровым окном.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.