

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
300790	Катетер баллонный перфузионный для коронарной ангиопластики

Раздел

14 Сердечно-сосудистые медицинские изделия

19 Системы ангиопластики и сопутствующие изделия

Описание

Стерильный гибкий катетер предназначен для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для расширения стенозной коронарной артерии при помощи контролируемого наполнения эластичного баллона. Катетер содержит отверстия, проксимально и дистально расположенные к баллону, которые обеспечивают приток крови к дистальным коронарным артериям во время баллонной дилатации, защищая миокард от нарушения гемодинамики. Это устройство одноразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.