

**СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ
ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Код	Наименование
318520	Симулятор датчика для ультразвукового измерения скорости кровотока

Раздел

14 Сердечно-сосудистые медицинские изделия**11** Медицинские изделия для анализа гемодинамикиОписание

Портативный прибор предназначен для имитации электрического выхода ультразвукового датчика для измерения скорости кровотока для тестирования измерителя скорости кровотока и/или кабеля датчика. Как правило, состоит из открытого пьезоэлектрического кристалла, который при трении воспроизводит доплеровский отклик в подключенном измерителе скорости кровотока. Устройство предназначено для использования поставщиком медицинских услуг (т.е. клиническими техническими специалистами) в клинических условиях.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.