

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
318860	Испаритель изофлурана/ севофлурана рециркуляционный анестезиологический

Раздел

1 Анестезиологические и респираторные медицинские изделия**05** Анестезиологические системы и сопутствующие изделия

Описание

Нестерильное устройство, которое встраивается в основную магистраль дыхательного контура (открытое или частичное возвратное дыхание) и предназначено для испарения анестезиологического газа (т.е. изофлурана, севофлурана), поступившего через шприцевой насос, абсорбции и десорбции (т.е. рециркуляции) выдыхаемых летучих анестетиков и облегчения мониторинга (например, концентрации и давления газа, дыхательной активности) через подключение к оборудованию для мониторинга газов. Оно, как правило, представляет собой корпус, содержащий фильтр для абсорбции/десорбции анестезиологического газа и испаритель. Это устройство одноразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.