

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
319490	Ингибитор тромбина прямого действия терапевтический лекарственный мониторинг ИВД, калибратор

### Раздел

**5** Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД)

**04** Реагенты/наборы для определения аналитов ИВД

**07** Реагенты/наборы для коагулологического анализа

### Описание

Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для количественного определения и/или терапевтического мониторинга ингибитора тромбина прямого действия (direct thrombin inhibitor), перорального антикоагулянта (например, дабигатрана (dabigatran), аргатробана (argatroban), гирудина (hirudin)), в клиническом образце путем определения его способности ингибировать активность активированного фактора свертывания крови IIa, также известного как тромбин.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.