

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
324090	Блок управления безыгольной трансуретральной инъекционной системы

Раздел

2 Вспомогательные и общепольничные медицинские изделия

06 Инъекторы лекарственных средств/вакцин

Описание

Мобильный, с пневматическим приводом, неинвазивный компонент безыгольной трансуретральной инъекционной системы, предназначенный для управления введением лекарственного препарата, с помощью газа под высоким давлением, в стенку мочевого пузыря во время трансуретральной эндоскопической процедуры; Он может быть также предназначен для введения нефармацевтического вещества (например, физиологического раствора). Он, как правило, включает в себя элементы управления, дисплеи давления, регулятор диоксида углерода (CO₂) и камеру для загрузки катетера. Он предназначен для использования в сочетании с катетером системы и баллоном(ами) с CO₂ для обеспечения доставки заданного объема вводимого вещества.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.