

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

| Код | Наименование |
|--------|--|
| 324110 | Блок управления электростимуляцией мышц глотки |

Раздел

9 Нейрологические медицинские изделия

09 Системы электростимуляции периферических нервов

Описание

Устройство, работающее от сети переменного тока, включает в себя внутренние аккумуляторные батареи, предназначено для лечения нейрогенной дисфагии посредством электрической стимуляцией нервов в слизистой оболочке ротоглотки, вызывая компенсаторную реорганизацию контроля глотания в центральной нервной системе. Оно, как правило, состоит из программируемого генератора импульсов с пользовательским интерфейсом, соединительных кабелей и специального программного обеспечения. Электрические импульсы доставляются через индивидуальный назогастральный катетер.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.