

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
325660	Стереотаксическая рама с дугой для позиционирования головы для радиохирургии/лучевой терапии

Раздел

12 Радиологические медицинские изделия**07** Системы позиционирования пациентов и сопутствующие изделия

Описание

Нестерильное устройство, предназначенное для позиционирования и иммобилизации головы пациента с целью воспроизведения положения головы во время планирования облучения в лучевой терапии, проведения стереотаксической лучевой терапии и стереотаксической радиохирургии для всех частей мозга, головы и шеи. Оно выполнено в форме рамы с дугой, к которой могут быть прикреплены различные компоненты (например, загубник, опора для переносицы), которые неинвазивно контактируют с пациентом и являются точками отсчета. Рама обычно прикреплена к опорной пластине, верхней части стола пациента или перекрытию. Это устройство многоразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.