

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
331890	Манометр для инъекций для блокады нерва

Раздел

- 1** Анестезиологические и респираторные медицинские изделия
- 13** Катетеры анестезиологические и сопутствующие изделия

Описание

Стерильное неинвазивное изделие без привода (пассивное), предназначенное для подсоединения между шприцем и иглой для блокады нерва (например, подходящей к трубке для доставки анестезии) с целью указания уровня давления, возникающего во время подачи местной или региональной анестезии для достижения блокады периферического нерва. Изделие предоставляет профессиональному медицинскому работнику качественные данные (например, через световой индикатор) о том, что можно произвести корректирующие измерения в случае нежелательного уровня давления (например, высокое давление во время инъекции может свидетельствовать о расположении кончика иглы в нежелательном месте). Это изделие для одноразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.