

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

| Код    | Наименование  |
|--------|---|
| 331920 | Клапан воздушно-водный эндоскопический, многоразового использования |

Раздел

**18** Хирургические инструменты/системы и сопутствующие медицинские изделия

**57** Прочие хирургические инструменты/системы и сопутствующие медицинские изделия

### Описание

Нестерильное изделие, предназначенное для установки в воздушный/водный канал эндоскопа, позволяющее оператору контролировать поступающий поток медицинских газов [т.е., воздуха, диоксида углерода (CO<sub>2</sub>)] и/или воды и одновременно предотвращать обратный поток. Изделие представлено в форме прикрепляемого клапана с одним или более вариантами настройки, такими как закрытое положение, для режима инсуффляции (для впускания воздуха) и для режима ирригации/промывания (для впускания воды). Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.