

**СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ
ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Код	Наименование
332950	Датчик имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы

Раздел

2 Вспомогательные и общепольничные медицинские изделия**37** Системы мониторинга уровня глюкозы и сопутствующие изделияОписание

Стерильное изделие, предназначенное для имплантации подкожно для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в межклеточной жидкости, как правило, для определения тенденций и отслеживания состояний пациентов с сахарным диабетом. Это небольшой датчик в форме стержня, состоящий из электромеханического или оптического детектора глюкозы, который излучает сигналы, направляемые на носимый снаружи передатчик (не относящийся к данному виду) по беспроводной связи. Изделие пассивно приводится в действие передатчиком. Могут прилагаться специальные изделия для имплантации (например, тупой диссектор, канюля).

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.