

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
333270	Лезвие артроскопической шейверной системы, одноразового использования восстановленное

Раздел

**19** Эндоскопические медицинские изделия

**15** Прочие эндоскопические медицинские изделия

### Описание

Стерильное ротационное режущее изделие с приводом, разработанное для использования в наконечнике артроскопической шейверной системы для резекции мягкой и костной ткани во время артроскопической операции на суставе, например, коленном, плечевом или голеностопном. Фиксируется в наконечнике и, как правило, состоит из небольшой внешней трубки с разъемом и вращающейся внутренней трубки с коннектором. Внутренняя и внешняя трубки, как правило, изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали; разъем и коннектор могут изготавливаться из нержавеющей стали или полимера (например, поливинилсульфона). Это ранее использованное одноразовое изделие, которое было подвергнуто дополнительной промышленной обработке для еще одного использования на пациенте.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.