

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
333910	Адаптер хирургического ключа-трещотки

Раздел

18 Хирургические инструменты/системы и сопутствующие медицинские изделия

43 Системы хирургические ультразвуковые и сопутствующие изделия

Описание

Компонент хирургического ключа (как правило, ключа-трещотки), предназначенный для обеспечения возможности соединения основной части ключа с разными дистальными наконечниками (зубцами). Предназначен для использования во время инвазивной хирургической процедуры и не предназначен для использования только в стоматологии. Изделие могут также называть драйвером. Это изделие, пригодное для многократного использования, которое необходимо стерилизовать перед применением.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.