

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
336730	Электрод электрохирургический эндоскопический аргон-усиленный/игла для подслизистого лифтинга

Раздел

**18** Хирургические инструменты/системы и сопутствующие медицинские изделия

**45** Системы электрохирургические диатермические и сопутствующие изделия

### Описание

Стерильное инвазивное эндоскопическое изделие, предназначенное для доставки: 1) раствора для подслизистого лифтинга; и 2) электрохирургического тока при использовании газа аргона (Ar) (в монополярной конфигурации) к тканям для их разрезания/коагуляции). Как правило, изделие предназначается для лечения очагов поражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта путем подъема пораженной слизистой над пузырьком жидкости и последующей абляции пораженного участка путем аргоноплазменной коагуляции. Это длинная тонкая игла с электродом/просветом, предназначенная для подсоединения к соответствующим основным устройствам (т.е., генератору аргон-усиленной электрохирургической системы/блоку доставки газа и насосу для жидкости); изделие не оснащено элементами управления. Это изделие для одноразового использования.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.