

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
338420	Тест-полоска для определения остаточного хлора в оборудовании для гемодиализа

Раздел

**16** Урологические медицинские изделия

**10** Системы гемодиализа и сопутствующие изделия

### Описание

Отрезок абсорбирующего материала, пропитанный химическими индикаторами и красителями, предназначенный для использования с целью быстрого определения (за счет изменения цвета и его визуального сравнения с таблицей цветов) концентрации остаточного хлора в образцах воды. Как правило, используется для того, чтобы проверить, был ли хлор надлежащим образом смыт с гемодиализного оборудования после дезинфекции. Это изделие для однократного использования.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.