

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
340990	Тест-система для машины моющей/дезинфицирующей для хирургических инструментов/оборудования

Раздел

2 Вспомогательные и общепольничные медицинские изделия

Растворы/газы для санитарной обработки/обслуживания медицинских изделий и

34 сопутствующие изделия

Описание

Комплект изделий, разработанных для определения *in situ* и полуколичественного измерения остаточных белков (например, прионов) на поверхности вымытых и продезинфицированных хирургических инструментов и оборудования в качестве средства валидации процесса мытья/дезинфекции, произведенного моющей/дезинфицирующей машиной. Включает реагент (как правило, в форме спрея), создающий флуоресценцию при контакте с остаточными белками после короткого инкубационного периода, и работающий от сети (сети переменного тока) рентгенегатоскоп темной комнаты с ультрафиолетовым излучением и камерой для визуализации флуоресценции.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.