

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
341380	Блок управления системы трансокулярной стимуляции

Раздел

11 Офтальмологические медицинские изделия

27 Прочие офтальмологические медицинские изделия

Описание

Портативное электрическое устройство, предназначенное для использования с целью создания слабого электрического тока, подающегося в сетчатые клетки глаза через неинвазивные электроды (не являющиеся компонентом данного изделия) для лечения дегенеративных заболеваний, связанных с ослаблением зрения, приводящих к слепоте (например, пигментный ретинит, дегенерация желтого пятна). Предназначен для применения в домашних условиях в соответствии с рекомендациями работника здравоохранения. Терапия может упоминаться как транскорнеальная электростимуляция (ТЭС) или глазная нейромодуляция. Это изделие многоразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.