

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
347750	Устройство подачи сигнала тревоги для системы мониторинга физиологических показателей

Раздел

1 Анестезиологические и респираторные медицинские изделия

16 Мониторы/системы мониторинга анестезиологические/респираторные

Описание

Электронное устройство, предназначенное для подключения системе мониторинга физиологических показателей для подачи звукового и/или визуального сигнала в случае выявления системой параметров, выходящих за пределы нормы, с целью оповещения медицинского персонала о том, что пациенту требуется (экстренная) помощь. Используется профессиональными медицинскими работниками и сиделками в лечебных учреждениях.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.