

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
347840	Стиллет для назогастрального/орогастрального зонда

Раздел

3 Гастроэнтерологические медицинские изделия

05 Катетеры гастроэнтерологические и сопутствующие изделия

Описание

Стерильный гибкий провод/стержень, как правило, с пластиковым набалдашником на проксимальном конце, предназначенный для введения в просвет назогастрального и/или орогастрального зонда (не относящегося к данному виду) с целью увеличения жесткости в достаточной степени для обеспечения возможности манипуляций/введения зонда в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ); изделие не предназначено для использования с целью введения чрескожного зонда. Доступны изделия различной длины, диаметра и степени жесткости. Это изделие для одноразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.