

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
345270	Система эпикраниальной электростимуляции головного мозга

Раздел

9 Нейрологические медицинские изделия

10 Системы электростимуляции центральной нервной системы

Описание

Комплект стерильных имплантируемых изделий, разработанный для подачи слабых пульсирующих (не непрерывных) электрических стимулов из-под кожи головы к специфическим участкам головного мозга для лечения фокальной эпилепсии. Состоит из отведений, имплантируемых в подпапоневротическое пространство (т.е., под кожу головы и снаружи черепа), и подключенного работающего от батареи генератора импульсов, имплантируемого рядом с ключицей; как правило, прилагаются принадлежности для хирургической имплантации и управления имплантатом (например, программатор, переносной блок управления, регистратор эпилептических припадков).

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.