

**СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ  
ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

<b>Код</b>	<b>Наименование</b>
358350	Устройство для дезинфекции слухового аппарата

Раздел

**7** Медицинские изделия для отоларингологии**01** Аппараты слуховые и сопутствующие изделияОписание

Настольный блок с электрическим приводом, предназначенный для дезинфекции и просушивания слуховых аппаратов воздушной проводимости; дополнительно может предназначаться для промывки (путем ирригации) или зарядки слуховых аппаратов. Включает ультрафиолетовую лампу (лампы) для дезинфекции и вентилятор для сушки аппарата, может включать комплект для мытья и/или встроенное зарядное устройство для батарей. Устройство предназначено для использования в домашних условиях.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.