

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
361860	Канюля хирургическая для промывания/аспирации, без подсветки, многоразового использования

Раздел

19 Эндоскопические медицинские изделия

03 Канюли эндотерапевтические

Описание

Атравматичная инвазивная управляемая вручную двухпросветная трубка, используемая в качестве кондуита для промывания и аспирации (т.е., выполняющая обе эти функции) полостей тела/ран во время хирургической процедуры (например, нейрохирургической операции, лапароскопии), как правило, для улучшения обзора. Изделие не предназначено для стоматологии или внутриматочного использования, не является офтальмологическим изделием и не разработано для введения парентеральных жидкостей и лекарственных средств. Изделие может иметь ручку с клапанами и отверстиями по бокам для управления промыванием/аспирацией и может поставляться вместе со стилетом, интродьюсером и/или соединительной трубкой; как правило, изготавливается из металла. Это изделие, пригодное для многоразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.