

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

<b>Код</b>	<b>Наименование</b>
361880	Плацебо для системы магнитной нейростимуляции

Раздел

**9** Нейрологические медицинские изделия

**13** Прочие нейрологические медицинские изделия

### Описание

Комплект изделий с электрическим приводом, предназначенный для использования в качестве нетерапевтического контрольного устройства (плацебо) во время клинических испытаний систем магнитной нейростимуляции. Состоит из комплекта изделий, напоминающего систему магнитной нейростимуляции, но создающего только субклиническое магнитное поле.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.